

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района
г. Минска»

Н.Я.Мысливчик

2026г.

Техническое задание

**Набор шприцевой к инжекторам для компьютерной томографии
SinoPower-D**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Набор шприцевой к инжекторам для компьютерной томографии SinoPower-D	штук	150

2. Технические требования:

- 2.1. Изделие предназначено для введения рентгеноконтрастного вещества и должно быть совместимо с автоматическим инжектором SinoPower-D;
- 2.2. Изделие для однократного использования;
- 2.3. В комплект входит: двойная стандартная конфигурация: шприц-колба 200 мл - 2 шт., трубка соединительная - 1 шт., трубка заполняемая - 2 шт. Длина трубки соединительной - не менее 1500 мм.
- 2.4. Изделие упаковано в индивидуальную герметичную блистерную упаковку;
- 2.5. Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;
- 2.6. Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Разработчик технического задания



А.Д. Некрашевич