

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «МГКОЦ»

В.А. Кондратович
« 20 » августа 2026 г.

Заявка на закупку:

проектора знаков офтальмологического переносного.

Закупка осуществляется в рамках реализации объекта строительства: «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства» - поз. №62 по ПСД.

1. Сведения о заказчике	
Полное наименование	Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"
Место нахождения	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64
УНП	100 854 061
Адрес электронной почты	mgkod_z@mail.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Предмет закупки:

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Проектор знаков офтальмологический, переносной.
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.13.200, Приборы и приспособления офтальмологические
Объем (количество)	1 штука
Срок, график поставки товара	4 квартал 2026 год
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет

3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64

4. Порядок оплаты: по факту поставки.

5. Валюта платежа: белорусский рубль.

Приложение к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «проектор знаков офтальмологический, переносной»:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Основной блок	1 шт.
1.2	Пульт дистанционного управления	1 шт.
1.3	Батареи АА для пульта дистанционного управления	2 шт.
1.4	Экран проекционный (400х500)	1 шт.
1.5	Кабель силовой	1 шт.
1.6	Подставка	1 шт.
1.7	Чехол от пыли	1 шт.
1.8	Ключ шестигранный	1 шт.
1.9	Лампа LED	1 шт.
1.10	Предохранители	2 шт.
1.11	Красно-зеленые очки	1 шт.
1.12	Поляризационные очки	1 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1	Наличие: 41 таблица, 34 маски, красно зеленый и поляризационный фильтры таблиц и масок
2.2	Расстояние до экрана 2.5-8 м
2.3	Скорость смены таблиц - Макс. 0.1 сек
2.4	Разрешающая способность не менее 50-ти линий на 1мм
2.5	Увеличение не менее 30X (при расстоянии 5 м.)
2.6	Наличие не менее 2 программ по 30 таблиц в каждой
2.7	Угол наклона не менее +/-15 градусов
2.8	Источник света - LED


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 3.1. Гарантийный срок – согласно документации производителя оборудования.

Разработчики технических характеристик:

Врач-онколог (заведующий) приемного
отделения УЗ «МГКОЦ»

Врач-онколог (заведующий) КПО 1

Врач-офтальмолог приемного отделения


 И.И. Хотиловская

 С.Э. Романовская

 Т.А. Шишко