

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBVY2X УНП 400052327

22.10.26 № 4-17/382

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Краник трехходовой запорный для УЗ Гомельской области»**, согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискуронт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **26.10.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В. Саварина

Технические характеристики (описание)
Краник трехходовой запорный для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТ</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Краник трехходовой запорный	127 500 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1. Краник трехходовой запорный
2.1. Соединение должно быть адаптировано к любым инфузионным системам: два соединения типа «Луер» и одно винтовое соединение типа «Луер-Лок»;
2.2. В краниках трехходовых поворот должен осуществляться на 360 градусов;
2.3. Краники трехходовые должны быть устойчивыми к жировым растворам, давлению до 4 бар;
2.4. Переключатель в трехходовых краниках должен позволять четко фиксировать клапан, гарантируя лучшую передачу волны давления и точность инвазивного мониторинга, а также исключать контакт с кровью пациента во время манипуляции;
2.5. Винтовая муфта трехходового краника должна обеспечивать надежность соединения с наконечниками других систем;
2.6. Должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.