

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот №1	Преобразователь цифровой электрокардиографический беспроводной (регистратор).	штука	1
	Кабель электрокардиографический.	штука	1
	Комплект многоцветных грудных электродов (присасывающийся).	штука	6
	Комплект многоцветных грудных электродов (прижимной) «прищепки».	штука	4
	Планшет с предустановленным специализированным ПО.	штука	1
	Портативный термопринтер с комплектом термобумаги (ширина не менее 57 мм).	штука	1
	Зарядное устройство.	штука	1
	Аккумуляторные батарейки/ элементы питания.	штук	4
	Руководство по эксплуатации на русском языке.	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тип и исполнение комплекса: портативный компьютерный комплекс, состоящий из беспроводного электрокардиографического преобразователя и переносного блока отображения/управления;

2.2. Количество отведений: синхронная регистрация 12 стандартных отведений ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6);

2.3. Радиус действия связи: не менее 10 метров в условиях прямой видимости;

2.4. Способ передачи данных: беспроводной цифровой интерфейс связи (Bluetooth) между преобразователем и управляющим устройством;

2.5. Функциональные возможности ПО: отображение 12 каналов ЭКГ в реальном времени, автоматический расчет амплитудно-временных параметров ЭКГ, наличие цифровых фильтров: сетевого (50 Гц), антитреморного (мышечного), антидрейфового (изолинии), функция автоматической предварительной интерпретации, ведение локального архива пациентов, детекция работы кардиостимулятора;

2.6. Автономность и питание: время непрерывной регистрации от одного комплекта батарей — не менее 2 часов. Питание от стандартных заменяемых элементов типа AA или AAA;

2.7. Срок эксплуатации: не менее 5 лет.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
- 3.2. Свидетельство о поверке;
- 3.3. Наличие действующего Регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на момент подачи предложения и поставки;
- 3.4. Внесение в Реестр средств измерений РБ, обязательное предоставление действующего свидетельства о первичной поверке при передаче оборудования;
- 3.4. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика, в случае обнаружения существенных нарушений требований к качеству, а также любых дефектов и скрытых недостатков, которые были выявлены в течение действия гарантийного срока.