

Технические характеристики (описание) расходных материалов входящих в состав аптек

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

Номер и наименование ЛОТ	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
ЛОТ №1 Изделие гемостатическое медицинское стерильное : салфетка влажная	салфетка влажная	штук	600
ЛОТ №2 Изделие гемостатическое медицинское стерильное : бинт сухой	бинт сухой	штук	600
ЛОТ №3 Средство ранозаживляющее с обезболивающим и антисептическим эффектами	декспантенол (2,5 или 5,0 г.), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (0,01%), бензокаин (1,0-2,0%) и вспомогательные вещества.	штук	525

2. Технические требования :

ЛОТ №1
Изделие гемостатическое медицинское стерильное : салфетка влажная
2.1 Салфетка пропитанная влажная на основе нетканого материала размером не менее 200x200 мм. 2.2 данное изделие должно быть пропитано специальным активным веществом (веществами); 2.3 гемостатическое действие после контакта с раневой поверхностью - в течение 7-30 секунд, 2.4 должно обеспечивать формирование кровяного сгустка, который плотно фиксируется на раневой поверхности, а также должно обладать антисептическим и противоотечным действием. 2.5 стерильно

ЛОТ №2
Изделие гемостатическое медицинское стерильное: бинт сухой
2.1 бинт сухой пропитанный на основе нетканого материала размером не менее 15мм x100 мм. 2.2 данное изделие должно быть пропитано специальным активным веществом (веществами); 2.3 гемостатическое действие после контакта с раневой поверхностью - в течение 7-30 секунд, 2.4 должно обеспечивать формирование кровяного сгустка, который плотно фиксируется на раневой поверхности, а также должно обладать антисептическим и противоотечным действием. 2.5 стерильно

ЛОТ №3

Средство ранозаживляющее с обезболивающим и антисептическим эффектами

2.1. средство должно обладать ранозаживляющим действием с обезболивающим и антисептическим эффектами для восстановления при повреждениях кожи (раны, ожоги, трофические и лучевые язвы), профилактики бактериальных осложнений и местного обезболивания.

2.2 для наружного применения;

2.4. упаковано в алюминиевые аэрозольные баллоны с клапанами аэрозольными непрерывного действия, распылителями и защитным колпачком. Объем не менее 50 г.

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.