


УТВЕРЖДАЮ



**Заявка на закупку
работ по диагностике медицинского оборудования**

1. Предмет закупки

№ п/п	Наименование	Серийный номер	Год выпуска	Кол -во	Вид неисправности	Место установки
1.	Анализатор ROLLER 20MC	R20752C	2022	1	Не забирает кровь, не выдает результат	гор.бол-ца КДЛ
2.	Аппарат для ингаляционной анестезии Mindray A9	AG4-28000744	2023	1	Не проходит тестирование	гор.бол-ца АиР
3.	Аппарат для ингаляционной анестезии SV300	GB-1A047106	2022	4	Не проходит тестирование утечка больше 300, не работает увлажнитель	гор.бол-ца АиР
		GB-1A047058	2022			
		GB-1A047092	2022			
		GB-1A047089	2022			
4.	Аппарат для ингаляционной анестезии МК 1-2	2454	2016	1	Не включается	гор.бол-ца АиР
5.	Монитор пациента Стелла 80Д	026-501224D1-A	2024	1	Не работает	гор.бол-ца АиР

2.Срок исполнения: в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

3. Требования к работам: необходимо произвести диагностику оборудования с целью выявления неисправности с предоставлением дефектного акта и коммерческого предложения

4. Место выполнения работ: на территории Заказчика.

Начальник отдела по РО

Е.В.Хромова