

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Лот №1 Реагенты для определения групп крови, резус-принадлежности и антител (ID-система)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество	Ед. измерения
1.	ID-CellStab	20000	мл
2.	Разбавитель ID-Diluent 1	600	мл
3.	Разбавитель ID-Diluent 2	17400	мл
4.	ID-карта LISS/Coombs	44604	штук
5.	ID-карта NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins	1320	штук
6.	ID-карта DiaClon ABO/D+ Reverse Grouping	6322	штук
7.	ID-карта для новорожденных ABO/ Rh for Newborns	4756	штук
8.	ID-карта DiaClon ABO/D+ DAT	288	штук
9.	ID-карта DiaClon ABO/D	2272	штук
10.	ID-карта DiaClon Complete Crossmatch	624	штук
11.	ID-карта DiaClon Rh-subgroups+K	2526	штук
12.	ID-карта Rh-Subgroups + C W + K	936	штук
13.	ID-карта Coombs Anti-IgG	84	штук
14.	ID-DiaCell I-II-III (3 флак*10мл)	13	набор
15.	ID-DiaCell I-II (2 флак*10мл)	12	набор
16.	ID-DiaCell ABO (2 флак*10мл)	1	набор
17.	ID-DiaPanel (1 набор - не менее 10 флаконов с эритроцитами разных фенотипов)	6	набор
18.	Тест-сыворотка ID-Анти-Fy a	25	мл
19.	Тест-сыворотка ID-Анти-Fy b	25	мл
20.	Тест-сыворотка ID-Анти-S	25	мл
21.	Тест-сыворотка ID-Анти-s	25	мл
22.	ID-карта DiaClon Anti-K	42	штук
23.	ID-карта Anti-k	30	штук
24.	ID-карта DiaClon Anti-Jk a	48	штук
25.	ID-карта DiaClon Anti-Jkb	48	штук
26.	ID-карта DiaClon Anti-P1	36	штук
27.	ID-карта DiaClon Anti-M	24	штук
28.	ID-карта DiaClon Anti-N	24	штук
29.	ID-карта DiaClon Anti-Lea	36	штук
30.	ID-карта DiaClon Anti-Leb	36	штук
31.	ID-карта Anti-Kpa	36	штук
32.	ID-карта Anti-Kpb	36	штук
33.	ID-карта Anti-Lua	36	штук
34.	ID-карта Anti-Lub	36	штук
35.	Test sera ID-M,N,S,s,Fya,Fyb	60	мл
36.	ID-карта Anti-A1 Absorbed	24	шт
37.	ID-DiaClon Anti-D	50	мл
38.	ID-карта DC-Screening I	48	штук
39.	ID-карта DC-Screening II	48	штук
40.	Набор ID-Partial RhD Typing для идентификации антигена D	2	набор

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. реагенты должны быть предназначены для выполнения иммуногематологических исследований на ID-Центрифуге или иммуногематологическом анализаторе производства DiaMed (Швейцария) или аналог;

2.2. реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований должны быть предназначены для определения групп крови, резус-принадлежности (с возможностью определения DVI+ и DVI- антигенов) и скрининга антител методами агглютинации и гель-фильтрации (фильтрация проб крови и сыворотки (плазмы) сквозь нейтральный гель или гель, импрегнированный моноклональными (человеческими) антителами, реагентом Кумбса (агглютинация + гель-фильтрация);

2.3. обязательное наличие забуференного декстранового геля SephadexG 100 superfine для гарантии качества использования гелевых карт на оборудовании производства компании DiaMed, Швейцария;

2.4. ID-карты для определения антигенов ABO и D, DC-Screening I, DC-Screening II обязательно должны содержать микропробирку «контроль» (ctl) для гарантии корректного учета реакций агглютинации и исключения влияния аутоагглютинации на учет реакций;

2.5 набор ID-Partial RhD Typing должен состоять из 6 моноклональных анти-D антител, способствующих определению DVI+ и DVI- антигенов;

2.6. набор Test sera ID-M, N, S, s, Fya, Fyb должен состоять из 6 флаконов по 5 мл, содержащих моноклональные антитела и (или) антитела человека для выявления антигенов M, N, S, s, Fya, Fyb.

2.8. в случае, если Участник предлагает реагенты отличные от рекомендованных к использованию производителем оборудования, то для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов Участнику необходимо предоставить:

2.8.1 параметры программирования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.8.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагента с указанной моделью оборудования;

2.8.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предлагаемых реагентов;

2.9. Поставщик должен предоставить оригинальные инструкции по применению реагентов на языке производителя (с обязательным переводом на русский язык, если язык производителя не русский).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно аукционным документам организатора;

3.2. срок годности поставляемых реагентов должен составлять не менее 60% от максимально допустимого срока годности для каждого наименования на момент поставки.

Разработчики технических требований:

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике ГУЗО Брестского облисполкома

Врач клинической лабораторной диагностики
ЦКЛД УЗ «БОКВД»

А.В. Маркевич

Н.А. Лукьянчук