

03 сентября 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

УЗ «4-я ГКБ имени Н.Е.Савченко»

№ п/п	Наименование оборудования, марка, тип	Серийный номер, год выпуска	Описание неисправности	Вид ремонта. Необходимые запчасти, расходные материалы
1	Аппарат искусственной вентиляции легких «SV300»	GB-35074933 (01374386) GB-35074932 (01374387)	Неисправна материнская плата	Требуется ремонт с заменой материнской платы (main board)

09 октября 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

УЗ «4-я ГKB имени Н.Е.Савченко»

№ п/п	Наименование оборудования, марка, тип	Серийный номер, инвентарный номер	Выявленные дефекты	Заключение
1	Электрокардиограф СМАРТ-6В	00095 (01373439)	Неисправны шестерни валика и термопринтера. Механическое повреждение защитного стекла дисплея	Требуется ремонт с заменой термопринтера, защитного стекла дисплея

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1604/02 от 22.08.2023
к договору 1604 от 20.07.2023

ул. Ч.Х. КД им. Р.Е. Сабитов

с другой стороны, провели обследование: Хрущевый домик №1/ЕХО,
2023 г.в., S/N: LR1502-01136, LR1502-01058.


В ходе обследования выявлено следующее:

Заклинившие демпферы механизма подъема боковых
ограничителей.

В связи с вышеизложенным требуется следующее:

Замена демпфера.

Представитель

инженер  В.А. Тераسیمов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«16» Октября 2026г.

Комиссия в составе:

представитель эксплуатирующей организации 43. Ч.я городская
(наименование учреждения здравоохранения)
клиническая больница имени Н.Е. Савченко

(ДОЛЖНОСТЬ)

(фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования изделия медицинской техники Светильник операционный стационарный С
(полное наименование, тип, марка ИМТ)

Потолочным креплением
заводской номер изделия С/Н 0137

установлены следующие неисправности оборудования:

- несправочное письмо управляющей

В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

Законить панель управления

Примечание

ПОСЛАНИЕ КЪ РАБОТНИЦИТЕ

13 августа 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

УЗ «4-я ГКБ имени Н.Е.Савченко»

комплектующих) и выявлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, марка, тип	Серийный номер, год выпуска	Описание неисправности	Вид ремонта. Необходимые запчасти, расходные материалы
1	Дефибриллятор СМАРТ ДЗ	00527	Неисправна материнская плата	Требуется ремонт с заменой материнской платы