

лот 1

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров торакальных без троакара**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры торакальные без троакара	СН-16	штука	3 820
1.2	Катетеры торакальные без троакара	СН-18	штука	20
1.3	Катетеры торакальные без троакара	СН-20	штука	2 030
1.4	Катетеры торакальные без троакара	СН-24	штука	2 450
1.5	Катетеры торакальные без троакара	СН-28	штука	2 750
1.6	Катетеры торакальные без троакара	СН-32	штука	850
Итого по лоту 1:			штука	11 920

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Наличие боковых отверстий;
- 2.2 Длина катетера не менее 45см;
- 2.3 Один конец катетера должен быть закрытым (запаян или закрыт заглушкой);
- 2.4 Наличие рентгеноконтрастной полосы;
- 2.5 Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность изделия.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров торакальных с троакаром

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

пп	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры торакальные с троакаром	СН-08	штука	110
1.2	Катетеры торакальные с троакаром	СН-10	штука	360
1.3	Катетеры торакальные с троакаром	СН-12	штука	682
1.4	Катетеры торакальные с троакаром	СН-16	штука	780
1.5	Катетеры торакальные с троакаром	СН-18	штука	320
1.6	Катетеры торакальные с троакаром	СН-20	штука	637
1.7	Катетеры торакальные с троакаром	СН-24	штука	1 525
1.8	Катетеры торакальные с троакаром	СН-28	штука	1 010
1.9	Катетеры торакальные с троакаром	СН-32	штука	230
Итого по лоту 2:			штука	5 654

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие не менее двух боковых отверстий;

2.2. Длина катетера:

Для п.1.1-1.4 - не менее 22см;

Для п.1.5-1.9 - не менее 39см;

2.3. Наличие рентгеноконтрастной полосы;

2.4. Наличие маркировки (меток) с шагом не более 2см;

2.5. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность изделия.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам