

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «МГКОЦ»

В.А. Кондратович

«19» сентября 2026 г.

Заявка на закупку:

Дерматоскопов с автономным питанием.

Закупка осуществляется в рамках реализации объекта строительства: «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства». Без номера позиции по ПСД.

1. Сведения о заказчике	
Полное наименование	Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"
Место нахождения	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64
УНП	100 854 061
Адрес электронной почты	mgkod_z@mail.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Предмет закупки:

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Дерматоскоп с автономным питанием	
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению	
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки	
Объем (количество)	3 комплекта	
Срок, график поставки товара	4 квартал 2026 год	
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет	

3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64

4. Порядок оплаты: по факту поставки.

5. Валюта платежа: белорусский рубль.

Приложение к заявке на закупку медицинских изделий

1. Состав (комплектация) оборудования (состав одного комплекта):

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)
1.1.	Дерматоскоп с автономным питанием, включая:	1
1.1.1	Контактная пластина со шкалой	1
1.1.2	Контактная пластина, погружная со шкалой	1
1.1.3	Контактная пластина поляризационная со шкалой	1
1.1.4	Контактная пластина, малая	1
1.1.5	Контактная пластина поляризационная	1
1.1.6	Рукоятка с отсеком для аккумулятора	1
1.1.7	Штатив с окуляром и креплением для рукоятки	1
1.2	Зарядное устройство для аккумулятора дерматоскопа.	1
1.3	Аккумулятор для дерматоскопа	1

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
Дерматоскоп с аккумуляторным блоком.	
2.1	Оптическая система дерматоскопа должна обеспечивать не менее 10х увеличение.
	Оптика должна быть ахроматическая, анастигматическая (исключающая аберрации у края линз).
2.2	Фокусировка окуляра - не менее чем в диапазоне от -6 до +6 дптр.
2.3	Источник освещения - светодиодный (LED), не менее двух режимов яркости освещения.
2.4	Поддержка режимов исследования: поляризованного (для бесконтактной экспресс-диагностики) и неполяризованного (для иммерсионной дерматоскопии).
Зарядное устройство для аккумулятора дерматоскопа	
2.5	Должно обеспечивать зарядку аккумулятора от сети переменного тока (220/230В, 50Гц) до 100% емкости не более чем за 4-5 часов.
2.6	Наличие: индикации процесса зарядки, защиты от перегрева аккумулятора.


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 3.1. Гарантийный срок – согласно документации производителя оборудования.


Разработчики технических характеристик:


Врач-онколог (заведующий) ОКПО 2

Врач-онколог (заведующий) ОКПО 1

Врач-онколог

 А.М. Войтенко

 С.Э. Романовская

 Линкевич Э.Э.