

лот 1

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
фартуков**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Фартуки	штука	222 064
Итого по лоту 1		штука	222 064

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Фартуки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Фартук должен быть цельнокроеным и ламинированным;
- 2.3 Размеры: ширина не менее 120 см, высота не менее 80см;
- 2.4 Наличие завязок на спине;
- 2.5 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35г/м².
- 2.6 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фартуков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Фартуки	штука	108 000
Итого по лоту 2		штука	108 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Фартуки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2. Фартук должен быть цельнокроеным и ламинированным;
- 2.3. Размеры; ширина не менее 120см, высота не менее 80см;
- 2.4. Наличие завязок на спине;
- 2.5. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 60г/м².
- 2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фартуков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Фартуки	штука	245 940
Итого по лоту 3		штука	245 940

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Фартуки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2. Фартук должен быть цельнокроеным и ламинированным;
- 2.3. Размеры: ширина не менее 150 см, высота не менее 110см;
- 2.4. Наличие завязок на спине;
- 2.5. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35г/м².
- 2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фартуков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Фартуки	штука	24 674
Итого по лоту 4		штука	24 674

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Фартуки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Фартук должен быть цельнокроеным и ламинированным;
- 2.3 Размеры: ширина не менее 120 см, высота не менее 80см;
- 2.4 Наличие завязок на спине;
- 2.5 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35г/м².
- 2.6 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фартуков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Фартуки	штука	12 000
Итого по лоту 5		штука	12 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Фартуки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Фартук должен быть цельнокроеным и ламинированным;
- 2.3 Размеры; ширина не менее 120см, высота не менее 80см;
- 2.4 Наличие завязок на спине;
- 2.5 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 60г/м².
- 2.6 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фартуков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Фартуки	штука	27 329
Итого по лоту 6		штука	27 329

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Фартуки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Фартук должен быть цельнокроеным и ламинированным;
- 2.3 Размеры: ширина не менее 150 см, высота не менее 110см;
- 2.4 Наличие завязок на спине;
- 2.5 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35г/м².
- 2.6 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.