

Приложение

к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Набор для прошивания корня мениска:

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Нитепротягиватель для коленного сустава.	шт.	1
2.	Иглы для нитепротягивателя.	шт.	10
3.	Материал шовный, плетеный, не рассасывающийся.	шт.	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические требования:
1.1	Двухступенчатый спусковой механизм для осуществления малоинвазивного оперативного вмешательства. Дистальный механизм куркового типа должен отвечать за фиксацию мениска непосредственно перед прошиванием. Проксимальная часть должна иметь пружинный механизм с ограничителем и фиксатором рукоятки иглы. Должна быть предназначена для прошивания зафиксированной части, или отделенного корня мениска.
1.2	Метод стерилизации – автоклавирование.
2.1	Игла для нитепротягивателя должна состоять из стержня, пластикового хвостовика-фиксатора закрепляющегося в спусковом механизме нитепротягивателя и рабочей части в виде плоской иглы.
2.2	Поставляются стерильными.
3.1	Шовный материал из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Толщина - №0 (USP).
3.2	Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционных документов организатора.