

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Аппараты сшивающие

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество
Лот №1 Аппарат сшивающий для наложения кожного шва одноразовый	1. Кожный степлер со скобами (в количестве 33-40 скоб) – 1 шт.; 2. Экстрактор скоб – 1 шт.	1000 комплектов

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1
Аппарат сшивающий для наложения кожного шва одноразовый
1. Наличие маркера центровки аппарата по отношению к кожной ране. 2. Высота закрытой скобы – от 3,2 до 4,2 мм; ширина закрытой скобы – от 5 до 6 мм. толщина проволоки скобы от 0,5 до 0,6 мм. 3. Наличие индивидуальной стерильной упаковки. 4. Материал скоб нетоксичен, апирогенен, с покрытием, для облегчения извлечения скоб и уменьшения травматизации тканей.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционных документов организатора