



ООО "Флоумедикал"

220012 г. Минск, пер.Инструментальный, д.6,
пом.213 Республика Беларусь, УНП 193096609
р/с: BY63PJCB30120562561000000933 в Приорбанк
ОАО ЦБУ 109 г.Минск, ул.Притыцкого, 105 БИК PJCBVY2X
тел./факс: 8(017) 350-65-65, 350-65-63, 350-61-65
info@flowmedical.by; www.flowmedical.by

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

ОТ «__» ОКТЯБРЯ 2026 Г.

Наименование учреждения здравоохранения: Учреждение здравоохранения
«Новополоцкая центральная городская больница»

Наименование оборудования: компрессорная станция подачи медицинского сжатого
воздуха CSV 5.5 (в комплекте с охладительными установками)

Сведения о гарантии: гарантийное, не гарантийное

Договор на техническое обслуживание: № 46-ТО/2026 от "25" февраля 2026г.

Описание и установленные причины возникновения неисправности:

1. вышел из строя компрессор осушителя воздуха.

Необходимые действия по устранению неисправности:

1. Произвести ремонт осушителя воздуха компрессорной станции с заменой компрессора EMT
— 1шт и заправкой хладагента R410A.

Представитель

Учреждения здравоохранения

Ф.И.О., должность, подпись

Представитель

ООО «Флоумедикал»

Ф.И.О., должность, подпись