



SupMedic

18.09.2026 г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Сапмедик» в Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, по адресу: 223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования
Водоподготовка модель CWP 60 WRO 61, производства фирмы Gambro Lundia AB Sweden. Год выпуска 2017 г. С принадлежностями в составе. Зав. №6100526. Инв. №01378567. ДЗ14	- Выход из строя УФ – балласта (ЭПРА) для ультрафиолетовой лампы.	- Замена УФ – балласта (ЭПРА) для ультрафиолетовой лампы.

Представитель заказчика
Ф.И.О. и должность:

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ТЭСКИВ

ВЫДРИЦКАЯ ТП

Г У «РКМЦ» У ДПРБ

Исполнитель

Инженер по ремонту МТ П. А. Пилипенко



Частное производственно-торговое
унитарное предприятие

«Сапмедик»

220035, г.Минск, ул.Чехова, 3, оф.1, комн.1

УНП 191687428 ОКПО 380027865000, лицензия №02040/7075

Р/с BY62SLAN3012129830019000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г.Минск, ул.Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г.Минск, ул.Гикало, д.3.

Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80

supmedic@gmail.com