



SupMedic

Дубликат.

19.02.2026 г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Сапмедик» в Государственном учреждении «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, по адресу: 223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Причина выхода из строя оборудования	Перечень работ для восстановления оборудования
Водоподготовка модель CWP 60 WRO 61, производства фирмы Gambro Lundia AB Sweden. Год выпуска 2017 г. С принадлежностями в составе. Зав. №6100497. Инв. №01378320. ЦСО	- механическое повреждение картриджа фильтра грубой очистки с обратной промывкой бака бустера.	- замена фильтра грубой очистки с обратной промывкой бака бустера.

Представитель заказчика
Ф.И.О. и должность,:

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ТЭСКИБ
ВЫДРИЦКАЯ ТП
Г У «РКМЦ» УДПРБ

Исполнитель:

Инженер по ремонту МТ

П.А. Пилипенко



Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Сапмедик»

220035, г.Минск, ул.Чехова, 3, оф.1, комн.1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000 лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN3012129830019000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г.Минск, ул.Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г.Минск, ул.Гикало, д.3.
Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com