

Технические характеристики (описание)
медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во
1.1	Набор шприцевый для компьютерного томографа (инжектор SinoPower – D)	~~500 шт~~ 250 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Совместимость набора с автоматическим инжектором SinoPower - D .	наличие
2.2	Комплектующие	стерильны
2.3	В наборе должно быть в наличии	Двойная стандартная конфигурация: 1.шприц-колба 200 мл – 2 шт; 2.трубка соединительная 1 шт; 3.трубка заполняемая – 2 шт
2.4	Совместимость с контрастным веществом.	наличие
2.5	Длина трубки соединительной	Не менее 1500мм
2.6	Индивидуальная упаковка.	наличие

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с действующими стандартами.

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока.

3.2. Срок годности поставляемого товара не менее 12 месяцев.

3.3. При поставке изделие должно быть обеспечено инструкцией на русском языке.

3.4. На товаре не должно быть механических, химических повреждений.

3.5. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

Разработчики технических характеристик:
Врач-рентгенолог(заведующий)
Рентгенолаборант (старший)

 М.И.Миранкова
 О.Л.Божко