

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Кассета стерилизационная к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	1044

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Индикаторы биологические к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	5143

2. Показатели (характеристики):

2.1. Используется для проведения бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси водорода на живых споры бактерий.

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.