

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Паровой стерилизатор	шт	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Основной блок	шт	1
1.2	Каркас с полками	шт	1
1.3	Синтообразные поддоны (полки) для размещения стерилизуемого инструментария	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. объем камеры: не менее 100 литров и не более 150 литров;
- 2.2. габаритные размеры: не более 650*1200*800 мм;
- 2.3.* мощность: не более 10 кВт;
- 2.4. стерилизатор непроходного типа с вертикальным расположением двери;
- 2.5. наличие возможности подключения к холодной воде, канализации;
- 2.6. наличие контроля параметров стерилизации (температуры и давления);
- 2.7. программы стерилизации:
 - 2.7.1. предустановленные – наличие не менее 5-ти стандартных автоматизированных программ стерилизации, в т.ч. с короткими циклами стерилизации (не более 7 минут);
 - 2.7.2. пользовательские – установка температуры (не менее 120°C и не более 140°C) и времени программы для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (не более 60 минут);
- 2.8. наличие звуковой сигнализации сбоя или ошибки, аварийной предохранительной системы, системы аварийного сброса пара;
- 2.9. наличие дисплея для отображения информации и управления работой стерилизатора;
- 2.10. наличие микропроцессорного управления;
- 2.11. наличие электронного табло для отображения параметров процесса стерилизации, сообщения об ошибках;
- 2.12. наличие системы блокировки дверей при нахождении камеры под давлением, автоматическое открывание дверей;
- 2.13. наличие сервисной программы;
- 2.14. наличие антибактериального фильтра для подаваемого в камеру воздуха;
- 2.15. наличие распечатки каждого цикла стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 12 месяцев.