

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1 Реагенты для анализатора газов крови GEM Premier 5000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Картридж для определения pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , глюкозы, лактата, Hct, tHb, O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb, sO ₂	упаковка	5
1.2	Контроль для оценки работы системы, уровень 1	упаковка	1
1.3	Контроль для оценки работы системы, уровень 2	упаковка	1
1.4	Контроль для оценки работы системы, уровень 3	упаковка	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки
1.1.	Картридж для определения pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , глюкозы, лактата, Hct, tHb, O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb, sO ₂	Вариант исполнения: на 75 тестов
1.2.	Контроль для оценки работы системы, уровень 1	Комплектация: по 10 ампул в упаковке
1.3.	Контроль для оценки работы системы, уровень 2	Комплектация: по 10 ампул в упаковке
1.4.	Контроль для оценки работы системы, уровень 3	Комплектация: по 10 ампул в упаковке

2.2. реагенты и контроли для оценки работы должны быть совместимы с анализатором газов крови GEM Premier 5000

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Остаточный срок годности расходных материалов на дату поставки должен составлять не менее 60% от установленного производителем.