

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) на 1 комплект

№п/п	Наименование	Количество
1	Дозиметр универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов типа «Piranha Premium MAS-1 & CT Ion Chamber» либо аналог	
1.1	Дозиметр универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов типа «Piranha MULTI» либо аналог	1

1.2	Датчик типа «Dose Probe» либо аналог	1
1.3	Детектор освещенности и яркости типа «Light Probe» либо аналог	1
1.4	КТ-детектор типа «RTI CT Ion Chamber 10cm» либо аналог	1
1.5	Детектор для измерения анодного тока типа «MAS-1» либо аналог	1
1.6	Адаптер камеры типа «RTI CHAMBER ADAPTER» либо аналог	1
1.7	Комплект кабелей для подключения датчиков к дозиметру «Piranha MULTI» либо аналог	1
1.8	Кейс для транспортировки типа «Standard Shell Case» либо аналог	1
1.9	Программное обеспечение типа «Ocean Professional» либо аналог	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Закупаемое оборудование должно быть зарегистрировано в государственном реестре средств измерений (стандартных образцов) как серийно-выпускаемый экземпляр и иметь действующий сертификат об утверждении типа СИ.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

3.2. Гарантийный срок – не менее 24 месяца.