

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бахил одноразовых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бахилы одноразовые	пара	1 050 000
Итого по лоту 1		пара	1 050 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Бахилы должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2. Наличие фиксирующей резинки;
- 2.3. Длина следа не менее 35см;
- 2.4. Высота не менее 10см;
- 2.5. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35 г/м²;
- 2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно : документам

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-шарлотта

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочки-шарлотта (берет)	штука	1 165 425
Итого по лоту 2		штука	1 165 425

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Шапочки должны быть с фиксирующей резинкой по краю;
- 2.3 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть от 15 до 25г/м²;
- 2.4 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно документам