

Лоты 31-46

Лоты 31-55

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

- Лот 31. Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый прямой №1 длина 160±5мм -1шт.
- Лот 32. Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый изогн. №1 длина 160±5мм -1шт.
- Лот 33. Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый прямой №2 длина 160±5мм -1шт.
- Лот 34. Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый изогн. №2 длина 200±5мм -1шт.
- Лот 35. Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый изогн. №3 длина 270±5мм -1шт.
- Лот 36. Зажим к/о Москит прямой. длина 150±5мм -1шт.
- Лот 37. Зажим к/о Москит изогнутый по плоск. длина 160±5мм -1шт.
- Лот 38. Зажим к/о Москит изогнутый по ребру длина 150±5мм -1шт.
- Лот 39. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия в/и длина 215±5мм №1 -1шт.
- Лот 40. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия в/и №2 длина 200±5мм -1шт.
- Лот 41. Зажим для временного пережатия магистральных сосудов длина 280±5мм -1шт.
- Лот 42. Зажим для прикрепления операционного белья к коже длина 90±5мм -1шт.
- Лот 43. Зажим с кремальерой для операционного белья длина 130±5мм -1шт.
- Лот 44. Зажим для прикрепления белья к брюшине длина 200±5мм -1шт.
- Лот 45. Зажим кишечный жесткий 255±5мм -1шт.
- Лот 46. Зажим для прямой кишки 320±10мм -1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Инструменты должны быть изготовлены из нержавеющей медицинской стали
- 2.2. На поверхности инструмента не должно быть трещин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, пережогов и других загрязнений
- 2.3. Многократного использования
- 2.4. Возможность многократной стерилизации

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лоты 47-48

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

- Лот 47. Иглодержатель о/х 160±5мм -1шт
- Лот 48. Иглодержатель о/х 200±5мм -1шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Инструменты должны быть изготовлены из нержавеющей медицинской стали
- 2.2. На поверхности инструмента не должно быть трещин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, пережогов и других загрязнений
- 2.3. Многократного использования
- 2.4. Возможность многократной стерилизации
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
- 3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 49

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

- 1.1. Зонд хирургический с навивкой № 1 -1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. инструмент для оттеснения внутренних органов и тканей, исследования полостей при хирургических операциях.
- 2.2. Инструменты должны быть изготовлены из нержавеющей медицинской стали
- 2.3. На поверхности инструмента не должно быть трещин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, пережогов и других загрязнений
- 2.4. Многократного использования
- 2.5. Возможность многократной стерилизации
- 3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 50

1.Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

Цапка бельевая, тип ENGL.MOD либо аналог

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Изогнутый

2.2.Многоразовый

2.3.Возможность стерилизации

2.4.Длина 85±10 мм;

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 51

1.Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

Цапка бельевая тип BASKHAUS либо аналог

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Изогнутый

2.2.Многоразовый

2.3.Возможность стерилизации

2.4.Длина 135±10мм;

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 52

1.Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

Цапка бельевая тип BASKHAUS либо аналог

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Изогнутый

2.2.Многоразовый

2.3.Возможность стерилизации

2.4.Длина 110±10мм;

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 53

1.Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

Костная кюретка

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.острая

2.2.Многоразовый

2.3.Возможность стерилизации

2.4.Длина 250±10мм;

2.5.ширина рабочей части 5,2±0,2мм

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 54

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

Костная кюретка

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. острая

2.2. Многоцветный

2.3. Возможность стерилизации

2.4. Длина 205±10мм;

2.5. ширина рабочей части 6,8±0,2мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Лот 55

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (один комплект):

Кюретка тип Blake или аналог

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Прямой

2.2. Многоцветный

2.3. Возможность стерилизации

2.4. Длина 275±10мм;

2.5. один конец острый, другой -тупой

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по стационарной хирургии



И.В.Сабалевский