

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Стенты билиарные	штука	10
2.	Стенты билиарные	штука	5

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Стент билиарный	2.1.1. Самораскрывающийся
		2.1.2. Нитиноловый Длина 20 см
		2.1.3. Путь доставки чрескожный, чреспечёночный
		2.1.4. Диаметр 10 мм
		2.1.5. Длина 60 мм
		2.1.6. Калибр системы доставки не более 7F (2,333 мм)
		2.1.7. Без покрытия
2.	Стент билиарный	2.1.1. Самораскрывающийся
		2.1.2. Нитиноловый Длина 20 см
		2.1.3. Путь доставки чрескожный, чреспечёночный
		2.1.4. Диаметр 8 мм
		2.1.5. Длина 60 мм
		2.1.6. Калибр системы доставки не более 7F (2,333 мм)
		2.1.7. Без покрытия

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микрокатетер	штука	30
2.	Микрокатетер	штука	10
3.	Микрокатетер	штука	40
4.	Микрокатетер	штука	11

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микрокатетер	2.1.1. Калибр 2,7F (0,9 мм)
		2.1.2. Внутренний просвет под проводник калибром до 0,025 дюйма (0,65 мм)
		2.1.3. Длина 130 см
		2.1.4. Гидрофильное покрытие
		2.1.5. Гидрофильный микропроводник калибром 0,021 дюйма (0,533 мм) в комплекте
2.	Микрокатетер	2.2.1. Калибр 2,0F (0,667 мм)
		2.2.2. Внутренний просвет под проводник калибром до 0,019 дюйма (0,49 мм)
		2.2.3. Длина 130 см
		2.2.4. Гидрофильное покрытие
		2.2.5. Рентгенконтрастная метка кончика
3.	Микрокатетер	2.3.1. Калибр 2,4F (0,8 мм)
		2.3.2. Внутренний просвет под проводник калибром до 0,022 дюйма (0,57 мм)
		2.3.3. Длина 130 см
		2.3.4. Гидрофильное покрытие
		2.3.5. Гидрофильный микропроводник калибром 0,018 дюйма (0,46 мм) в комплекте
		2.3.6. Рентгенконтрастная метка кончика
4.	Микрокатетер	2.4.1. Калибр 2,4F (0,8 мм)
		2.4.2. Концевое заужение до 1,7 F (0,651 мм)

		2.4.3. Внутренний просвет под проводник калибром до 0,017 дюйма (0,432 мм)
		2.4.4. Длина 150 см
		2.4.5. Гидрофильное покрытие
		2.4.6. Рентгеноконтрастная метка кончика
		2.4.7. Возможность формирования кончика микрокатетера

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для билиарного дренирования	штука	100
2.	Набор для билиарного дренирования	штука	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для билиарного дренирования	2.1.1. Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 8 - 8,5F (2,667 – 2,833 мм)
		2.1.2. Кончик катетера "Pigtail"
		2.1.3. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.1.4. Не менее 10 дренажных отверстий в катетере
		2.1.5. Дренажные отверстия по ходу и на кончике катетера
		2.1.6. Протяженность зоны дренирования по ходу катетера 13-15 см (для проксимальных сужений)
		2.1.7. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.1.8. Жесткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма с J-образным кончиком (0,889 - 0,965 мм)
		2.1.9. Набор для минидоступа
		2.1.10. Устройство для фиксации катетера к коже
		2.1.11. Дренажный мешок
2.	Набор для билиарного дренирования	2.2.1. Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 8 - 8,5F (2,667 – 2,833 мм)
		2.2.2. Кончик катетера "Pigtail"
		2.2.3. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.2.4. Не менее 10 дренажных отверстий в катетере
		2.2.5. Дренажные отверстия по ходу и на кончике катетера
		2.2.6. Протяженность зоны дренирования по ходу катетера 10-12 см (для дистальных сужений)

		2.2.7. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.2.8. Жесткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма с J-образным кончиком (0,889 - 0,965 мм)
		2.2.9. Набор для минидоступа
		2.2.10. Устройство для фиксации катетера к коже
		2.2.11. Дренажный мешок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Устройство для закрытия пункционного канала в бедренной артерии	штука	50
2.	Устройство для закрытия пункционного канала в бедренной артерии	штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Устройство для закрытия пункционного канала в бедренной артерии	2.1.1. Под размер интродьюсера 6F (2 мм)
		2.1.2. Возможность применения с любыми моделями интродьюсеров.
2.	Устройство для закрытия пункционного канала в бедренной артерии	2.2.1. Под размер интродьюсера 8F (2,667 мм)
		2.2.2. Возможность применения с любыми моделями интродьюсеров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Катетер ангиографический	штука	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Катетер ангиографический	2.1.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.1.2. Длина 80 - 90 см
		2.1.3. Форма концевой изгиба типа "Roberts uterine"

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микропроводник ангиографический	штука	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микропроводник ангиографический	2.1.1. Длина не менее 180-190 см
		2.1.2. Калибр 0,014 дюйма (0,3556 мм)
		2.1.3. Гидрофильное покрытие
		2.1.4. Длина рентгенконтрастной части на кончике не менее 3 см
		2.1.5. Сердечник двойной (сплошной и витой) с дублирующей внутренней спиральной оплёткой
		2.1.6. Возможность изменения формы кончика

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Игла пункционная	штука	10
2.	Игла пункционная	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Игла пункционная	2.1.1. Типа Chiba
		2.1.2. Длина 20 см
		2.1.3. Калибр 21-22 Gauge (1,067-0,718 мм)
		2.1.4. Мандрен
2.	Игла пункционная	2.2.1. Типа Chiba
		2.2.2. Длина 20 см
		2.2.3. Калибр 18 Gauge (1,27 мм)
		2.2.4. Мандрен
		2.2.5. Совместимость с проводником калибром 0,038 дюйма (0,965 мм)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для дренирования	штука	30
2.	Набор для дренирования	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для дренирования	2.1.1. Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 8 - 8,5F (2,667 – 2,833 мм)
		2.1.2. Кончик катетера "Pigtail"
		2.1.3. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.1.4. Не менее 7 дренажных отверстий в катетере
		2.1.5. Дренажные отверстия на кончике катетера
		2.1.6. Кольцо катетера с уменьшенным диаметром петли (до 2 см)
		2.1.7. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.1.8. Жесткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма с J-образным кончиком (0,889 - 0,965 мм)
		2.1.9. Набор для минидоступа
		2.1.10. Устройство для фиксации катетера к коже
		2.1.11. Дренажный мешок
2.	Набор для дренирования	2.2.1. Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 10F (2,667 – 2,833 мм)
		2.2.2. Кончик катетера "Pigtail"
		2.2.3. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.2.4. Не менее 7 дренажных отверстий в катетере
		2.2.5. Дренажные отверстия на кончике катетера
		2.2.6. Кольцо катетера с уменьшенным диаметром петли (до 2 см)
		2.2.7. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.2.8. Жесткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма с J-образным кончиком (0,889 - 0,965 мм)

		2.2.9. Набор для минидоступа
		2.2.10. Устройство для фиксации катетера к коже
		2.2.11. Дренажный мешок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микросферы эмболизационные	шприц	10
2.	Микросферы эмболизационные	шприц	10
3.	Микросферы эмболизационные	шприц	20
4.	Микросферы эмболизационные	шприц	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микросферы эмболизационные	2.1.1. На основе триакрила
		2.1.2. Размер калиброванных частиц 40-120мкм
		2.1.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.1.4. Объём частиц 2 мл
2.	Микросферы эмболизационные	2.2.1. На основе триакрила
		2.2.2. Размер калиброванных частиц 100-300мкм
		2.2.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.2.4. Объём частиц 2 мл
3.	Микросферы эмболизационные	2.3.1. На основе триакрила
		2.3.2. Размер калиброванных частиц 300-500мкм
		2.3.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.3.4. Объём частиц 2 мл
4.	Микросферы эмболизационные	2.4.1. На основе триакрила
		2.4.2. Размер калиброванных частиц 700-900мкм
		2.4.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.4.4. Объём частиц 2 мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Проводник ангиографический повышенной жёсткости	штука	30

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Проводник ангиографический	2.1.1. Сверхжесткий сердечник
		2.1.2. Длина 260 см
		2.1.3. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.1.4. Кончик без изгиба
		2.1.5. Дистальная гибкая часть длиной 3 см

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микросферы для химиоэмболизации	флакон	10
2.	Микросферы для химиоэмболизации	флакон	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микросферы для химиоэмболизации	2.1.1. На основе сополимера
		2.1.2. Размер частиц 30 -60 мкм в сухом виде
		2.1.3. Масса частиц во флаконе 25 мг
		2.1.4. Возможность насыщения доксорубицином
2.	Микросферы для химиоэмболизации	2.2.1. На основе сополимера
		2.2.2. Размер частиц 50-100 мкм в сухом виде
		2.2.3. Масса частиц во флаконе 25 мг
		2.2.4. Возможность насыщения доксорубицином

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Проводник ангиографический	штука	50
2.	Проводник ангиографический	штука	50
3.	Проводник ангиографический	штука	20
4.	Проводник ангиографический	штука	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Проводник ангиографический	2.1.1. Фиксированный сердечник
		2.1.2. Тефлоновое покрытие
		2.1.3. Длина 180 см
		2.1.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.1.5. J-образный кончик радиусом 1,5 мм
2.	Проводник ангиографический	2.2.1. Фиксированный сердечник
		2.2.2. Тефлоновое покрытие
		2.2.3. Длина 150 см
		2.2.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.2.5. J-образный кончик радиусом 3 мм
3.	Проводник ангиографический	2.3.1. Фиксированный сердечник
		2.3.2. Тефлоновое покрытие
		2.3.3. Длина 150 см
		2.3.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.3.5. Без изгиба
4.	Проводник ангиографический	2.4.1. Фиксированный сердечник
		2.4.2. Тефлоновое покрытие
		2.4.3. Длина 260 см
		2.4.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.4.5. Без изгиба

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для чрескожного дренирования абсцессов	штука	20
2.	Набор для чрескожного дренирования абсцессов	штука	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для чрескожного дренирования абсцессов	2.1.1. Катетер дренажный калибром 8 - 8,5 F (2,667 – 2,833 мм) с гидрофильным покрытием
		2.1.2. Длина катетера 25-30 см
		2.1.3. Кончик катетера "Pigtail"
		2.1.4. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.1.5. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.1.6. Жёсткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма (0,889 мм - 0,965 мм)
		2.1.7. Игла для пункции с мандреном с эхоконтрастным кончиком калибром 19-21 G (0,819 – 1,067 мм)
		2.1.8. Длина иглы 15-20 см
		2.1.9. Микропроводник повышенной жёсткости калибром 0,018 дюйма (0,457 мм)
		2.1.10. Длина микропроводника не менее 60см
		2.1.11. Коаксиальный интродьюсер с дилатором и жёсткой канюлей
		2.1.12. Бужи
		2.1.13. Дренажный мешок
		2.1.14. Устройство для фиксации катетера к коже
2.	Набор для чрескожного дренирования	2.2.1. Катетер дренажный калибром 10F с гидрофильным покрытием (3,333 мм)
		2.2.2. Длина катетера 25-30 см

абсцессов	2.2.3. Кончик катетера "Pigtail"
	2.2.4. Канюля для придания жёсткости катетеру
	2.2.5. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
	2.2.6. Жёсткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма (0,889 мм - 0,965 мм)
	2.2.7. Игла для пункции с мандреном с эхоконтрастным кончиком калибром 19-21G (0,819 – 1,067 мм)
	2.2.8. Длина иглы 15-20 см
	2.2.9. Микропроводник повышенной жёсткости калибром 0,018 дюйма (0,457 мм)
	2.2.10. Длина микропроводника не менее 60см
	2.2.11. Коаксиальный интродьюсер с дилатором и жёсткой канюлей
	2.2.12. Бужи
	2.2.13. Дренажный мешок
	2.2.14. Устройство для фиксации катетера к коже

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Краник запорный к катетеру	штука	60
2.	Краник запорный к катетеру	штука	60
3.	Адаптер для герметизации входного отверстия катетера	штука	90
4.	Трубка соединительная к инъектору	штука	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Краник запорный к катетеру	2.1.1. Пластмассовый 2.1.2. Female Luer Lock под насадку Male Luer Lock
2.	Краник запорный к катетеру	2.2.1. Трёхходовой 2.2.2. Пластмассовый 2.2.3. Female Luer Lock под насадку Male Luer Lock
3.	Адаптер для герметизации входного отверстия катетера	2.3.1. Вращаемый 2.3.2. Y-образный 2.3.3. Для проведения проводников калибром от 0,014 дюймов до 0,018 дюймов (0,356 – 0,457 мм) и микрокатетеров
4.	Трубка соединительная к инъектору	2.4.1. Прозрачная 2.4.2. Наконечники Female и Male Luer-lock 2.4.3. Высокого давления 2.4.4. Длина 100 - 120см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Спираль эмболизационная	штука	6
2.	Спираль эмболизационная	штука	6
3.	Спираль эмболизационная	штука	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Спираль эмболизационная	2.1.1. Спираль эмболизационная толкаемая (pushable)
		2.1.2. Толщина спиральной нити 0,018 дюйма (0,457 мм)
		2.1.3. Длина спирали 20 - 30 мм
		2.1.4. Диаметр спирали 2 мм
2.	Спираль эмболизационная	2.2.1. Спираль эмболизационная толкаемая (pushable)
		2.2.2. Толщина спиральной нити 0,018 дюйма (0,457 мм)
		2.2.3. Длина спирали 40 - 50 мм
		2.2.4. Диаметр спирали 3 мм
3.	Спираль эмболизационная	2.3.1. Спираль эмболизационная толкаемая (pushable)
		2.3.2. Толщина спиральной нити 0,018 дюйма (0,457 мм)
		2.3.3. Длина спирали 40 - 50 мм
		2.3.4. Диаметр спирали 4 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	штука	60
2.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	штука	20
3.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	2.1.1. Длина 180 см
		2.1.2. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.1.3. Кончик согнутый под углом
		2.1.4. Длина мягкой части 3 см
2.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	2.2.1. Длина 180 см
		2.2.2. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.2.3. Без изгиба
		2.2.4. Длина мягкой части 3 см
3.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	2.3.1. Повышенная жесткость
		2.3.2. Длина 260 см
		2.3.3. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.3.4. Дистальная гибкая часть длиной 3 см
		2.3.5. Кончик согнутый под углом

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Катетер ангиографический	штука	60
2.	Катетер ангиографический	штука	30
3.	Катетер ангиографический	штука	30
4.	Катетер ангиографический	штука	30
5.	Катетер ангиографический	штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Катетер ангиографический	2.4.1. Калибр 4F (1,333 мм)
		2.4.2. Длина 100 см
		2.4.3. Форма концевой изгиба "Vertebral"
2.	Катетер ангиографический	2.5.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.5.2. Длина 100 см
		2.5.3. Форма концевой изгиба "Bentson-Hanafee-Wilson1"
3.	Катетер ангиографический	2.6.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.6.2. Длина 100 см
		2.6.3. Форма концевой изгиба "Simmons/Sidewinder3"
4.	Катетер ангиографический	2.7.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.7.2. Длина 65-80 см
		2.7.3. Форма концевой изгиба "Cobra2"
5.	Катетер ангиографический	2.8.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.8.2. Длина 100 см
		2.8.3. Форма концевой изгиба "Multipurpose"

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор интродьюсера ангиографического	штука	70
2.	Набор интродьюсера ангиографического	штука	10
3.	Набор интродьюсера ангиографического	штука	30
4.	Набор интродьюсера ангиографического	штука	10
5.	Набор интродьюсера ангиографического	штука	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор интродьюсера ангиографического	2.1.1. Для введения катетеров калибром 5 F (1,667 мм)
		2.1.2. Дилататор
		2.1.3. Игла для пункции артерии
		2.1.4. Проводник для заведения интродьюсера
		2.1.5. Гемостатический клапан
		2.1.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.1.7. Замок дилататора и интродьюсера
		2.1.8. Для феморального доступа
2.	Набор интродьюсера ангиографического	2.2.1. Для введения катетеров калибром 4 F (1,333 мм)
		2.2.2. Дилататор
		2.2.3. Игла для пункции артерии
		2.2.4. Проводник для заведения интродьюсера
		2.2.5. Гемостатический клапан
		2.2.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.2.7. Замок дилататора и интродьюсера
		2.2.8. Для феморального доступа

3.	Набор интрадьюсера ангиографического	2.3.1. Для введения катетеров калибром 6 F (2 мм)
		2.3.2. Дилататор
		2.3.3. Игла для пункции артерии
		2.3.4. Проводник для заведения интрадьюсера
		2.3.5. Гемостатический клапан
		2.3.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.3.7. Замок дилататора и интрадьюсера
		2.3.8. Для феморального доступа
4.	Набор интрадьюсера ангиографического	2.4.1. Для введения катетеров калибром 7 F (2,333 мм)
		2.4.2. Дилататор
		2.4.3. Игла для пункции артерии
		2.4.4. Проводник для заведения интрадьюсера
		2.4.5. Гемостатический клапан
		2.4.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.4.7. Замок дилататора и интрадьюсера
		2.4.8. Для феморального доступа
5.	Набор интрадьюсера ангиографического	2.5.1. Для введения катетеров калибром 8 F (2,667 мм)
		2.5.2. Дилататор
		2.5.3. Игла для пункции артерии
		2.5.4. Проводник для заведения интрадьюсера
		2.5.5. Гемостатический клапан
		2.5.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.5.7. Замок дилататора и интрадьюсера
		2.5.8. Для феморального доступа

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микросферы для химиоэмболизации	штука	40
2.	Микросферы для химиоэмболизации	штука	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микросферы для химиоэмболизации	2.1.1. На основе гидрогеля
		2.1.2. Размер частиц 100 мкм
		2.1.3. Возможность насыщения доксорубицином и иринотеканом
		2.1.4. Объём частиц во флаконе или шприце 2мл
2.	Микросферы для химиоэмболизации	2.2.1. На основе гидрогеля
		2.2.2. Размер частиц 400 мкм
		2.2.3. Возможность насыщения доксорубицином и иринотеканом
		2.2.4. Объём частиц во флаконе или шприце 2мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микросферы эмболизационные	шприц	10
2.	Микросферы эмболизационные	шприц	10
3.	Микросферы эмболизационные	шприц	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микросферы эмболизационные	2.1.1. На основе гидрогеля
		2.1.2. Размер калиброванных частиц 200-250 мкм
		2.1.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.1.4. Объём частиц 2 мл
2.	Микросферы эмболизационные	2.2.1. На основе гидрогеля
		2.2.2. Размер калиброванных частиц 800-900 мкм
		2.2.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.2.4. Объём частиц 2 мл
3.	Микросферы эмболизационные	2.3.1. На основе гидрогеля
		2.3.2. Размер калиброванных частиц 400-500 мкм
		2.3.3. Форма загрузки - шприц с разъёмом Luer Lock с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов
		2.3.4. Объём частиц 2 мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Стент пищеводный	штука	10
2.	Стент пищеводный	штука	10
3.	Стент пищеводный	штука	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Стент пищеводный	2.1.1. Самораскрывающийся
		2.1.2. Металлический
		2.1.3. Воронкообразное расширение на концах стента
		2.1.4. Длина стента 90 мм
		2.1.5. Диаметр активной части 18-22 мм
		2.1.6. Кислотостойкое покрытие
		2.1.7. Калибр системы доставки не более 9,5 мм
		2.1.8. Лассо для репозиционирования стента
2.	Стент пищеводный	2.2.1. Самораскрывающийся
		2.2.2. Металлический
		2.2.3. Воронкообразное расширение на концах стента
		2.2.4. Длина стента 120 мм
		2.2.5. Диаметр активной части 20-22 мм
		2.2.6. Кислотостойкое покрытие
		2.2.7. Калибр системы доставки не более 9,5 мм
		2.2.8. Лассо для репозиционирования стента
3.	Стент пищеводный	2.3.1. Самораскрывающийся
		2.3.2. Металлический
		2.3.3. Воронкообразное расширение на концах стента
		2.3.4. Длина стента 150 - 160 мм
		2.3.5. Диаметр активной части 20-22 мм
		2.3.6. Кислотостойкое покрытие
		2.3.7. Калибр системы доставки не более 9,5 мм
		2.3.8. Лассо для репозиционирования стента

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для эмболизации жидким полимером	штука	5
2.	Набор для эмболизации жидким полимером	штука	3
3.	Набор для эмболизации жидким полимером	штука	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для эмболизации жидким полимером	2.1.1. 1мл жидкого эмболизирующего кополимера в концентрации 25% в шприце
		2.1.2. 1 мл диметил сульфоксида в шприце
		2.1.3. Катетерный адаптер
		2.1.4. Микрокатетер калибром не более 2,0F (0,667 мм), длиной не менее 150см, устойчивый к диметилсульфоксиду
2.	Набор для эмболизации жидким полимером	2.2.1. 1мл жидкого эмболизирующего кополимера в концентрации 30% в шприце
		2.2.2. 1 мл диметил сульфоксида в шприце
		2.2.3. Катетерный адаптер
		2.2.4. Микрокатетер калибром не более 2,0F (0,667 мм), длиной не менее 150см, устойчивый к диметилсульфоксиду
3.	Набор для эмболизации жидким полимером	2.3.1. 1мл жидкого эмболизирующего кополимера в концентрации 30% в шприце
		2.3.2. 1 мл диметил сульфоксида в шприце
		2.3.3. Катетерный адаптер
		2.3.4. Микрокатетер калибром не более 2,0F (0,667 мм), длиной не менее 150см, устойчивый к диметилсульфоксиду

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Шприц высокого давления	штука	150

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Шприц высокого давления	2.1.1. Объём 150 мл
		2.1.2. Совместимость со шприц-инъектором Medrad Mark VProvis

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для минидоступа	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для минидоступа	2.1.1. Коаксиальный интродьюсер 6F (1,98 мм) с дилатором и жёсткой канюлей 2.1.2. Игла троакарного типа калибром 19-21G(0,819 – 1,067 мм) с мандреном. 2.1.3. Длина иглы 15-20 см 2.1.4. Микропроводник повышенной жёсткости калибром 0,018 дюйма (0,457 мм) 2.1.5. Длина микропроводника не менее 60см 2.1.6. Проводник повышенной жёсткости калибром 0,035 - 0,038 дюйма (0,889 мм - 0,965 мм) 2.1.7. Длина проводника 150 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Катетер ангиографический	штука	30
2.	Катетер ангиографический	штука	10
3.	Катетер ангиографический	штука	30
4.	Катетер ангиографический	штука	20
5.	Катетер ангиографический	штука	30
6.	Катетер ангиографический	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Катетер ангиографический	2.1.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.1.2. Длина 80 см
		2.1.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.1.4. Форма концевого изгиба "Cobra3"
2.	Катетер ангиографический	2.2.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.2.2. Длина 65-70 см
		2.2.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.2.4. Форма концевого изгиба "Yashiro"
3.	Катетер ангиографический	2.3.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.3.2. Длина 100 см
		2.3.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.3.4. Форма концевого изгиба "Simmons/Sidewinder1"
4.	Катетер ангиографический	2.4.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.4.2. Длина 100 см
		2.4.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.4.4. Форма концевого изгиба "Bentson-Hanafee-Wilson1"
5.	Катетер	2.5.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)

	ангиографический	2.5.2. Длина 100 - 120 см
		2.5.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.5.4. Форма концевой изгиба "Vertebral"
6.	Катетер ангиографический	2.6.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.3.2. Длина 100 см
		2.3.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.3.4. Форма концевой изгиба "non-tapered angled"

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.