

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий к Лоту № 1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Насадка биопсийная (направляющая линии пункции) многоразовая медицинская NGB-025 для ультразвукового датчика Mindray V11-3HE.	2 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Насадка биопсийная (направляющая линии пункции) многоразовая медицинская для ультразвукового датчика Mindray V11-3HE.
2.1.1.	Длина канала не менее 14,5 см
2.1.2.	Поддерживающий калибр (размер) игл: фиксированный диапазон 16G и 18G
2.1.3.	Точность позиционирования: наличие замка-фиксатора угла наклона.
2.1.4.	Безопасность инструмента: наличие механизма отсоединения иглы от насадки.
2.1.5.	Материал изготовления: хирургическая медицинская нержавеющая сталь высокой марки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Полная совместимость и надежная фиксация на внутриполостном ультразвуковом датчике Mindray V11-3HE.

3.2. Оборудование должно поставляться со сроком службы не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию и при соблюдении правил эксплуатации.

3.3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.4. Руководство пользователя, эксплуатационно-техническая документация на русском языке.

Разработано:

Заведующая кабинетом УЗД
Врач уролог




Н.Н.Рогожинская
А.Н.Ильчук