

**Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов Sysmex XP-300) для ОЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1	Реагенты и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора Sysmex XP-300 , производство Sysmex Corporation, Япония	1. Раствор изотонический (Cellpack или аналог). 2. Канистра не менее 20л	1 000 кан.
		1. Раствор лизирующий (Stromatolyser WH или аналог). 2. Объем флакона не менее 500 мл	1 431 флак.
		1. Очищающий раствор (Cellclean или аналог). 2. Объем флакона не менее 50 мл	165 флак.
2	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов Sysmex XP-300 производство Sysmex Corporation, Япония	1. Контрольный материал должен быть аттестован для контроля качества параметров автоматического гематологического анализатора Sysmex серии XP: RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCH, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, WBC, LYMPH #, MXD#, NEUT#, LYMPH %, MXD%, NEUT%; 2. Набор контрольных материалов должен включать в себя 3 уровня (низкий, нормальный и высокий); 3. Объем одного флакона – не более 4,5мл; 4. Стабильность вскрытого флакона не менее 7 дней.	312 наб.

2. Технические требования:

2.1. **ЛОТы 1, 2** Реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для работы на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XP-300 производства Sysmex Corporation, Япония, что должно подтверждаться документально

2.2. **ЛОТы 1, 2** Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.