



SupMedic

14.09.2026г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Сапмедик» в Государственном учреждении «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, по адресу: 223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Перечень работ для восстановления оборудования	Стоимость запасных частей и работ на день выставления акта, руб.
Стерилизатор паровой Sterivap SPHP IL 666-1ED Зав. №: 5170404 (утилизация)	Нарушение в работе принтера	Замена принтера	7917,75

акт 01378610

Инженер по ремонту МТ

Исполнитель:

П.А. Пилипенко



Вед инженер ООО Пилипенко Д.В.

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Сапмедик»

220035, г.Минск, ул.Чехова, 3, оф.1, комн.1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000, лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN30121298300190000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г.Минск. ул.Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г.Минск, ул.Гикало, д.3.
Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com

