

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Минск

“ 18 ” сентября 2026 г.

Представителем **ОДО "Белмедсервис"** инженером-электроником 2й категории Хаблаком Е.И. произведено обследование НДА Primus зав. № ARXL-0287 в ГУ "Республиканский клинический мед. Центр "УД Президента РБ"". *лист 01375293*

Обследованием установлено:

1. Выявлены сбои в работе блока vgc analog и клапана Vtank.

Выводы:

Рекомендована замена платы VGC analog зак. № 8608811 в кол-ве 1 шт.
Рекомендована замена клапана Vtank зак. № 8601745 в кол-ве 1 шт.

Коммерческое предложение предоставляется по запросу.

Представитель
ОДО "Белмедсервис"

/Хаблак Е.И./

Вед. инженер ОДО "Белмедсервис" Петруха Д.А.  +