

Технические характеристики (описание) медицинских изделий  
(Система для сушки и хранения эндоскопов с адаптерами для подключения  
эндоскопов)  
для эндоскопического отделения  
УЗ «Брестская городская больница №1»

## 1. Состав оборудования (комплект)

| № п/п | Наименование                                                                                         | Количество |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1   | Система для сушки и хранения эндоскопов                                                              | 1 шт.      |
| 1.2   | Адаптеры для подключения каналов эндоскопов производства Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape, Aohua | 8 шт.      |

## 2. Технические характеристики оборудования

| Технические характеристики: |                                                                                                                    |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| № п/п                       | Наименование                                                                                                       | Базовые параметры |
| 2.1                         | Вместимость (на количество эндоскопов) не менее 8-ми гибких эндоскопов *                                           | наличие           |
| 2.2                         | Степень фильтрации подаваемого воздуха в каналы эндоскопа 0,2мкм                                                   | наличие           |
| 2.3                         | Степень фильтрации воздуха подаваемого в камеру шкафа не ниже класса HEPA H14                                      | наличие           |
| 2.4                         | Двухконтурная система подачи очищенного воздуха                                                                    | наличие           |
| 2.5                         | Предварительный фильтр грубой очистки                                                                              | наличие           |
| 2.6                         | Продувка каналов эндоскопов в течение всего времени хранения                                                       | наличие           |
| 2.7                         | Индивидуальная система сушки для каждого эндоскопа                                                                 | наличие           |
| 2.8                         | Подогрев воздуха подаваемого в каналы эндоскопа                                                                    | наличие           |
| 2.9                         | Срок асептического хранения эндоскопов не менее 72 часов (программируемый)                                         | наличие           |
| 2.10                        | Сменный воздушный антибактериальный фильтр тонкой очистки                                                          | наличие           |
| 2.11                        | Возможность программирования цикла сушки и хранения для каждого эндоскопа                                          | наличие           |
| 2.12                        | Встроенный компрессор                                                                                              | наличие           |
| 2.13                        | Избыточное давление воздуха в камере шкафа                                                                         | наличие           |
| 2.14                        | Непрерывный воздухообмен в камере шкафа в течении всего времени хранения                                           | наличие           |
| 2.15                        | Держатель для хранения колоноскопов, изолирующий их от соприкосновения с окружающими поверхностями (не менее двух) | наличие           |
| 2.16                        | Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла хранения                                                | наличие           |
| 2.17                        | Встроенный сканер штрих-кодов                                                                                      | наличие           |

|      |                                                                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.18 | Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления                                        | наличие |
| 2.19 | Глубина камеры не менее 350 мм                                                                           | наличие |
| 2.20 | Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование                                            | наличие |
| 2.21 | Функция идентификации обслуживающего персонала                                                           | наличие |
| 2.22 | LED освещение камеры хранения                                                                            | наличие |
| 2.23 | Контролируемые параметры (температура, давление, влажность, время сушки и хранения)                      | наличие |
| 2.24 | Автоматический контроль закрытия дверей                                                                  | наличие |
| 2.25 | Четырехступенчатая система фильтрации воздуха для каналов и двухступенчатая для поверхностей эндоскопов* | наличие |
| 2.26 | Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов                                        | наличие |
| 2.27 | Вертикальное расположение эндоскопов в шкафу                                                             | наличие |
| 2.28 | Выдвижные фиксируемые держатели эндоскопов                                                               | наличие |
| 2.29 | Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций                                | наличие |
| 2.30 | Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры        | наличие |
| 2.31 | Возможность архивации данных                                                                             | наличие |
| 2.32 | Коннекторы для подключения каналов эндоскопов производства Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape, Aohua   | наличие |

\* Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

3.2. Оборудование, должно быть зарегистрировано в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

Разработчики технических требований:

Заведующий эндоскопическим отделением  
УЗ «Брестская городская больница №1»

С.Н. Савчук

Главная медицинская сестра  
УЗ «Брестская городская больница №1»

О.В. Бучина

СОГЛАСОВАНО

Главный внештатный специалист  
по эндоскопическим методам диагностики  
Брестской области

И.И. Гросу