

Приложение № 1.
к заявке на закупку
Расходных материалов для плазменной
стерилизации в низкотемпературном
плазменном газовом стерилизаторе
(наименование предмета государственной закупки
согласно
формуляру медицинских изделий)

Лот № 11.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Стерилиант (стерилизационный агент) плазменной стерилизации
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Стерилиант (стерилизационный агент) плазменной стерилизации	кассета	480

2. Технические требования

ЛОТ11. Стерилиант (стерилизационный агент) плазменной стерилизации	
2.1	Жидкая перекись водорода. Однократного использования.
2.2	Стерилиант должен работать в температурном режиме (ниже 55 С)
2.3	Время стерилизации 28-62 мин (+-5 мин).
2.4	Объем перекиси водорода 50% 10 мл в кассете.
2.5	Подходить для работы в низкотемпературном плазменном газовом стерилизаторе RENO - S130.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.