

Приложение №1
к заявке на закупку
Лапароскопический инструментарий

лист № 1

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Лапароскоп (диаметр 5 мм, угол обзора 30°)	2 шт
2.	Троакар 5,5 мм	5 шт
3.	Стиллет конический 5,5 мм	5 шт
4.	Ножницы монополярные (с двумя подвижными изогнутыми браншами) с пластиковой рукояткой	4 шт
5.	Ножницы монополярные (с двумя подвижными прямыми браншами) с пластиковой рукояткой	2 шт
6.	Диссектор малый (диссекционные монополярные щипцы типа BABY KELLY с пластиковой рукояткой)	5 шт
7.	Диссектор средний (диссекционные щипцы изогнутые)	4 шт
8.	Захватывающие щипцы с окончатыми браншами тип Dorsey	4 шт
9.	Захватывающие щипцы с окончатыми браншами тип Johans	4 шт

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование / Требования, предъявляемые к товарам
2.1	Лапароскоп (диаметр 5 мм, угол обзора 30°)
2.1.1	Диаметр 5 мм
2.1.2	Возможность получения изображения HD
2.1.3	Рабочая длина 30- 33 см
2.1.4	Угол обзора - 30°
2.2	Троакар 5,5 мм
2.2.1	Диаметр – 5,5 мм
2.2.2	Многоразового использования
2.2.3	Рабочая длина – 90 - 110 мм
2.2.4	Гладкая втулка из нержавеющей стали
2.3	Стиллет конический 5,5мм
2.3.1	Стиллет должен быть коническим
2.3.2	Диаметр – 5,5 мм
2.3.4	Рабочая длина – не менее 150 мм
2.4	Ножницы монополярные (с двумя подвижными изогнутыми браншами) с пластиковой рукояткой
2.4.1	Диаметр – 5 мм

2.4.2	Длина рабочей части – не менее 320 мм
2.4.3	Лезвия длиной не более 15 мм с алмазным напылением, слегка изогнутые
2.4.4	Пластиковая рукоятка без кремальеры
2.5	Ножницы монополярные (с двумя подвижными прямыми браншами) с пластиковой рукояткой
2.5.1	Длина лезвия 12 – 13мм, прямые, две подвижные бранши
2.5.2	Диаметр – 5 мм
2.5.3	Длина рабочей части – не менее 320 мм
2.5.4	Пластиковая рукоятка без кремальеры
2.6	Диссектор малый (диссекционные монополярные щипцы типа BABY KELLY с пластиковой рукояткой)
2.6.1	Щипцы изогнутые, конические, с перекрестно-зубчатыми браншами, две бранши подвижные
2.6.2	Диаметр – 5 мм
2.6.3	Длина рабочей части – не менее 320 мм
2.6.4	Пластиковая рукоятка без кремальеры
2.7	Диссектор средний (диссекционные щипцы изогнутые)
2.7.1	Слегка суженные бранши с перекрестными зубцами, широкое отверстие, две бранши подвижные
2.7.2	Диаметр – 5 мм
2.7.3	Длина рабочей части – не менее 320 мм
2.7.4	Пластиковая рукоятка без кремальеры
2.8	Захватывающие щипцы с окончатыми браншами тип Dorsey
2.8.1	Захватывающие щипцы с окончатыми браншами, длина бранш 13-14 мм, две подвижные бранши
2.8.2	Диаметр – 5 мм
2.8.3	Длина рабочей части – не менее 320 мм
2.8.4	Пластиковая рукоятка с кремальерой
2.9	Захватывающие щипцы с окончатыми браншами тип Johans
2.9.1	Захватывающие щипцы с окончатыми браншами, длина бранш 20 мм, две подвижные бранши
2.9.2	Диаметр – 5 мм
2.9.3	Длина рабочей части – не менее 320 мм
2.9.4	Пластиковая рукоятка с кремальерой

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора

Приложение №1
к заявке на закупку

Набор комплектующих для гистерорезектоскопа

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Рабочий элемент резектоскопа гибридный, (пассивный)	шт.	2
2	Тубус резектоскопа	шт.	2
3	Оптика 4мм 12град	шт.	2
4	Электрод петля	шт.	20
5	Кабель для подключения биполярного резектоскопа	шт.	2

2. Технические требования:

2.1.	Рабочий элемент резектоскопа гибридный, (пассивный)
2.1.1	Элемент рабочий пассивный с рукояткой и креплением для электрода. Совместимость с тубусом резектоскопа 26/24 Шр.
2.1.2	Гибридный (монополярный/биполярный)
2.1.3	Автоклавируемый
2.2.	Тубус резектоскопа
2.2.2	Диаметр наружного тубуса – не более 26 Шр.
2.2.3	Диаметр внутреннего тубуса – не более 24 Шр.
2.2.4	Стандартный obturator в комплекте
2.3.	Оптика 4мм 12град
2.3.1	Диаметр не менее 3мм и не более 4мм
2.3.2	Угол зрения 12 градусов
2.3.4	Автоклавируемая
2.4.	Электрод петля
2.4.1	Совместимость с предлагаемым рабочим элементом резектоскопа
2.4.2	Возможность автоклавирувания
2.4.3	Рабочая часть в форме режущей петли из тонкой проволоки диаметром не более 0,35мм, изогнутой
2.5.	Кабель для подключения биполярного резектоскопа
2.5.1	Аппаратная часть – вилка с двумя штекерами 4 мм
2.5.2	Стерилизация кабеля должна производиться автоклавируванием при температуре (134±1°C)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

2714

ЛОТ № 3

Приложение №1
к заявке на закупку

Набор комплектующих для диагностического гистероскопа

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Оптика	1
2	Оптика	1
3	Диагностический внутренний тубус	2
4	Внешний тубус	2

2. Технические требования:

№	Наименование	Описание
2.1	Оптика	
2.1.1	Диаметр не более 2,9 мм, угол зрения 30 гр, длина рабочей части 300 - 305 мм	Наличие
2.1.2	Стерилизация автоклавированием	Наличие
2.2.	Оптика	
2.2.1	Диаметр не более 2,9 мм, угол зрения 12 гр, длина рабочей части 300 - 305 мм	
2.2.2	Стерилизация автоклавированием	
2.3	Диагностический внутренний тубус	
2.3.1	Диаметр	4 мм
2.3.2	Рабочая длина	260-270 мм
2.3.3	Обтюратор	Наличие
2.4	Внешний тубус	
2.4.1	Диаметр	5 мм
2.4.2	Рабочая длина	240-250 мм
2.4.3	Для использования с диагностическим тубусом	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

NOT №4

Приложение №1
к заявке на закупку

Набор комплектующих для гистероскопа с рабочим каналом

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Оптика	2
2	Внутренний тубус гистероскопа с приточным краном	2
3	Наружный тубус	2
4	Щипцы биопсийные	2
5	Ножницы полужесткие	2

2. Технические требования:

№	Наименование	Описание
2.1	Оптика	
2.1.1	Диаметр не более 4 мм, угол зрения 30 гр, длина рабочей части 300 - 305 мм	Наличие
2.1.2	Стерилизация автоклавированием	Наличие
2.2	Внутренний тубус гистероскопа с приточным краном	
2.2.2	Рабочий канал для инструмента	Наличие
2.3	Наружный тубус	
2.3.1	Диаметр	Не более 6,5мм
2.3.2	Овальной формы, с выпускным запорным краном, для использования с внутренним тубусом	Наличие
2.4	Щипцы биопсийные	
2.4.1	Длина инструмента	не менее 400 мм
2.4.2	Диаметр инструмента	не более 5Шр
2.5	Ножницы полужесткие	
2.5.1	С двумя подвижными браншами	Наличие
2.5.2	Диаметр инструмента	не более 5Шр
2.5.3	Длина инструмента	не менее 400 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности,

серильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора