

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1**1. Состав (комплектация) медицинских изделий.**

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Гелиевый компрессор Sumitomo F-50 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с магнито-резонансным томографом Ingenia 1.5T

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Гелиевый компрессор Sumitomo F-70 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с магнито-резонансным томографом производства Siemens

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Голова охлаждения паров гелия Sumitomo RDK-408C3 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с магнито-резонансным томографом Ingenia 1.5T

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Голова охлаждения паров гелия Sumitomo RDK-408C4 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с магнито-резонансным томографом Ingenia 1.5T

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию