

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Интродьюсер для катетера Сван-Ганца размер 8.5F Состав набора: пункционная игла, J-образный проводник, интрадьюсер с гемостатическим клапаном 8,5F, сосудистый дилататор, скальпель, шприц, прозрачный защитный чехол с фиксатором для надежного соединения с гемостатическим клапаном интродьюсера.	шт.	400 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Гипоаллергенный, термолабильный материал.

2.2 Низкая тромбогенность, атравматичность, апиrogenность.

2.3 Все расходные материалы – стерильные.

2.4 Защита от влаги при хранении расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №819/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Набор катетерный термодилуционный типа Swan-Ganz с интродьюсером состоящий из:		набор	35
1.1.1	Катетер термодилуционный типа Swan-Ganz с защитным чехлом и дополнительным предохранительным баллончиком	7,5Fr	шт.	1
1.1.2	Интродьюсер венозный	8,5 Fr	шт.	1
1.1.3	Проводник		шт.	1
1.1.4	Игла		шт.	4
1.1.5	Салфетки		шт.	3
1.1.6	Скальпель	11	шт.	1
1.1.7	Шовный материал		шт.	1
1.1.8	Покрытие с отверстием		шт.	1
1.1.9	Покрытие без отверстия		шт.	1
1.1.10	Шприц		шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Катетер должен иметь диаметр 7,5Fr и длину не менее 110см.

2.2. Наличие не менее 5 внутривенных каналов – канал для измерения давления в легочной артерии; канал для измерения центрального венозного давления; канал для измерения минутного сердечного выброса; дополнительный инфузионный порт.

2.3. Наличие круговых меток для определения глубины введения катетера

2.4. Проводник 0,035/0,89мм, длиной не менее 60см

2.5. Покрытие хирургическое размером не менее 60*80см, должно иметь отверстие размером не менее 2*2см

2.6. Набор должен быть одноразовым, и в индивидуальной стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №819/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических, ~~качественных~~
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	PiCCOplus комплект для взрослых или аналог	шт.	140
1	PiCCOplus комплект педиатрический или аналог	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Термодилуционный катетер для взрослых 5 F для установки в бедренную артерию. Внешний диаметр 5F/1,7 мм, рабочая длина катетера 20 см, J-образный проводник, канюли 18G и 20G, наличие дилататора.

2.2. Термодилуционный катетер педиатрический 3 F для установки в бедренную артерию. Внешний диаметр 3F/0.9 мм, рабочая длина катетера 7 см, внутренний диаметр просвета давления 0,018", J-образный проводник, канюли 20G и 22G, наличие дилататора.

2.3. Трансдюсерная система измерения давления с инфузионным портом промывки магистрали, трехходовым краном, датчик температуры инжектата с промывочным клапаном и магистралью артериального давления 150 см.

2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием Picco2, Pulsioflex и модули мониторинга Philips Picco.

2.5. Все расходные материалы стерильны.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).