

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№	Наименование	Состав	Ед. изм.	Кол-во
1.	Периферически вводимый центральный венозный катетер одно просветный с возможностью проксимального укорочения размером 4Fr (набор)	- Рентгеноконтрастный катетер с возможностью проксимального укорочения. -Сосудистая входящая канюля для пункции периферической вены. -Нитиноловый проводник. -Интродьюсер, полностью извлекаемый (расщепляемая конструкция) после установки катетера. - Скользящий зажим - Фиксирующее устройство.	шт.	20
2.	Периферически вводимый центральный венозный катетер одно просветный с возможностью проксимального укорочения размером 5Fr (набор)	- Катетер с возможностью проксимального укорочения. -Сосудистая входящая канюля для пункции периферической вены. -Нитиноловый проводник. -Интродьюсер, полностью извлекаемый (расщепляемая конструкция) после установки катетера. -Скользящий зажим - Фиксирующее устройство.	шт.	30
3.	Периферически вводимый антимикробный центральный венозный катетер двух просветный размером 5Fr (набор)	--Антимикробный биостабильный катетер с предварительно установленным стилетом в Т-образном порте. -Интродьюсер: комплект MST с экзогенной безопасной пункционной иглой 21G, нитиловым проволочным направителем с устройством для подачи большим пальцем, расщепляемым интродьюсером длиной 7см. - Фиксирующее устройство. - Скользящий зажим – 2шт.	шт.	10

4.	Периферически вводимый антимикробный центральный венозный катетер двух просветный размером 6Fr (набор)	-Антимикробный биостабильный катетер с предварительно установленным стилетом в Т-образном порте. - Комплект MST с экзогенной безопасной функциональной иглой 21G, нитиловым проволочным направителем с устройством для подачи большим пальцем, расщепляемым интродьюсером длиной 7см.	шт.	10
----	--	--	-----	----

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Стерильность, индивидуальная упаковка

2.2. Периферически вводимый центральный венозный катетер для длительного венозного доступа. Срок стояния в вене более 30 дней.

2.3. Катетер должен изготовлен из рентген-контрастного био-стабильного материала.

2.4.* Для одноканальных катетеров наличие разъёмного соединения, позволяющего укоротить катетер после подтверждения правильного расположения дистального кончика.

2.5* Изготовление двухканальных катетеров по антимикробной технологии Agion™.

2.6. Для одноканальных катетеров 4Fr: наружный диаметр не более 1,35мм, внутренний диаметр не менее 0,9мм, длина 55-65см; для одноканального катетера 5Fr: наружный диаметр 1,65-1,67мм, внутренний диаметр 1,0-1,2мм., длина 55-65см.

2.7. Для двухканальных катетеров 5Fr наружный диаметр 1,75мм; для двухканальных катетеров 6Fr наружный диаметр 2 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционной документации организатора.

Примечание: пункты, отмеченные*, имеют принципиальное значение, при их невыполнении предложение участника будет отклонено.