

УНИФИЦИРОВАННОЕ (ТИПОВОЕ) ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
расходных материалов к аппарату MultiFiltrate
(производства Fresenius Medical Care AG)

ЛОТ №1:

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Расходные материалы к аппарату MultiFiltrate (производства Fresenius Medical Care AG)
Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Состав:
	1.1. Кассета, состоящая из артериальной магистрали, венозной магистрали и магистрали фильтра; 444 шт.
	1.2. Система диализата; 440 шт.
	1.3. Система заместителя; 440 шт.
	1.4. Система заместителя для плазмообмена; 40 шт.
	1.5. Мешок для сбора фильтра; 480 шт.
	1.6. Плазмочиститель; 40 шт.
	1.7. Гемочиститель с площадью поверхности от 1,4 м ² до 1,6 м ² ; 216 шт.
	1.8. Гемочиститель с площадью поверхности от 1,7 м ² до 1,9 м ² 204 шт.
	2. Технические характеристики: 2.1. Мешок для сбора фильтра: 2.1.1. должен быть объемом не менее 10 л; 2.1.2. должен быть с выпускным краном и соединителем Луер-Лок типа mal; 2.2. Плазмочиститель: 2.2.1. площадь поверхности – не менее 0,6 м ² ; 2.2.2. объем заполнения – не менее 67 мл; 2.2.3. с двухслойной структурой мембраны; 2.3. Гемочиститель с площадью поверхности от 1,4 м ² до 1,6 м ² : 2.3.1. объем заполнения кровью – 90-120 мл; 2.4. Гемочиститель с площадью поверхности от 1,7 м ² до 1,9 м ² : 2.4.1. объем заполнения кровью – 125-135 мл; 2.5* Все компоненты состава предмета закупки за исключением мешка для сбора фильтра, должны быть стерильные; 2.6* Все компоненты состава предмета закупки, должны быть совместимы с аппаратом MultiFiltrate (производства Fresenius Medical Care AG).

Примечание: символ астериска «*» в задании на закупку указывает на обязательное наличия требования технических характеристик у предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованию задания на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченным астериском), отклоняется.