

**Технические характеристики (описание)
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ ГЕМОДИАЛИЗА
ЛПУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 ГОД**

1. Состав (комплектация)

Номер и наименование ЛОТа	Количество
ЛОТ №1 Комплект для диализа двухканальный F12.	680 штук
ЛОТ №2 Комплект для диализа двухканальный F11 - F11,5.	745 штук

Лот1. Комплекты для диализа двухканальные F12.

1. Технические требования
- 1.1. Информация о типе медицинского изделия должна быть указана на упаковке.
- 1.2. Изделие F12 должно в комплекте состоять из:
 - игла 18G длина 70 мм;
 - дилататор 10F;
 - дилататор 12F;
 - проводник типа «J», длина не менее 500 мм;
 - катетер двухканальный 12F длина 180 – 200 мм;в комплект могут входить дополнительные элементы.
- 1.3. Изделие должно быть стерильно, в индивидуальной упаковке.
- 1.4. Изделие для однократного применения.

Лот2. Комплекты для диализа двухканальные F11 - F11,5.

1. Технические требования
- 1.1. Информация о типе медицинского изделия должна быть указана на упаковке.
- 1.2. Изделие F11- F11,5 должно в комплекте состоять из:
 - игла 18G длина 70 мм;
 - дилататор 10F;
 - дилататор 12F;
 - проводник типа «J», длина не менее 500 мм;
 - катетер двухканальный 11F- F11,5 длина 180 – 200 мм;в комплект могут входить дополнительные элементы.
- 1.3. Изделие должно быть стерильно, в индивидуальной упаковке.
- 1.4. Изделие для однократного применения.

2. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

2.1. Поставщик в предложении должен представить следующие документы:

- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров предлагаемых товаров на русском языке;
- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
- допуск незарегистрированных изделий медицинского назначения согласно Постановления МЗ РБ от 19.05.2021 г. «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».