

Приложение к заявке № 602 от

1. Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты и калибровочный материал для анализатора газов крови по оценке кислотно-основного состояния GEM Premier 3500

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки
Лот 1. Реагенты и контрольные материалы для анализатора газов крови по оценке кислотно-основного состояния GEMPremier 3500				
1.1	Картридж для анализа газов крови, гематокрита, электролитов, глюкозы и лактата (BG/HCT/Lytes/Glu/Lactate)	1.картридж/ на 150 исследований	3 шт./ 450 исследований	Транспортом поставщика по заявкам
1.2	Контрольный материал	1.объем ампул 3 x 10 x 2 мл	1 уп.	Транспортом поставщика по заявка
Итого				

Дополнительные требования:

1. Реагенты и калибровочный материал должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Реагенты и калибровочный материал должны быть совместимы с анализатором газов крови, pH, электролитов, гематокрита, лактата и глюкозы GEM Premier 3500 производства Instrumentation Laboratory, США.
3. Реагенты и калибровочный материал должны быть оригинального производства в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий)

И.В.Анташкевич

26.10.2026