

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку весов лабораторных аналитических

1 Предмет закупки: весы лабораторные аналитические.

2 Назначение товара: весы лабораторные аналитические предназначены для взвешивания пробы при определении: массовой доли азота в сульфате аммония в соответствии с ТУ ВУ 300042199.107; массовой доли нелетучих веществ в акрилонитриле в соответствии с ТУ ВУ 300042199.100; массовой доли диоксида кремния в силиказоле.

3 Требования, предъявляемые к товару.

3.1 Технические характеристики товара должны удовлетворять требованиям таблицы 1.

Таблица 1. Технические характеристики весов лабораторных аналитических

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1.	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	специальный
2.	Наибольший предел взвешивания, не менее, г	200
3.	Наименьший предел взвешивания, не более, г	0,01
4.	Дискретность, г, не более	0,0001

3.2 Функциональные особенности.

3.2.1 Внутренняя калибровка.

3.2.2. Самодиагностика (сообщение об ошибках отображаются на дисплее весов).

3.3 Конструктивные особенности.

3.3.1 Прозрачный ветрозащитный кожух (полезная высота не менее 220 мм).

3.3.2. Ручной способ открывания и закрывания дверок ветрозащитного кожуха (справа, слева).

3.3.3 Наличие электронного или пузырькового датчика слежения за установкой весов по уровню.

Допускается поставка товара с характеристиками не хуже, указанных в п.3.1, п.3.2, п.3.3 настоящего технического задания.

3.4 Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Весы лабораторные аналитические	1
2.	Ветрозащитный кожух для защиты от воздушных потоков, пыли, влаги	1
3.	Адаптер питания от сети переменного тока 220В	1
4.	Комплект технической документации на русском языке	1

4 Требования к комплекту технической документации, поставляемой с товаром.

4.1 Техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.

4.2 В комплект технической документации должно входить:

4.2.1 Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.) на поставляемое оборудование, содержащая сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик, сведения о конструкции и принципе действия оборудования, его составных частей и указания, необходимые для выполнения регулировки, правильной и безопасной эксплуатации, проведения технического обслуживания и ремонта).

4.2.2 Паспорт со сведениями о содержании драгоценных и цветных металлов или об их отсутствии с отметкой о дате изготовления оборудования.

4.2.3 Свидетельство о первичной государственной поверке, действующие на территории Республики Беларусь.

4.2.4 Копия действующего на дату изготовления оборудования сертификата об утверждении типа средства измерений, зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений Комитета по стандартизации Республики Беларусь на поставляемое оборудование.

4.2.5 Копия сертификата или декларации на поставляемое оборудование о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (с приложением при наличии). Документы должны быть действующими на момент выпуска товара в обращение.

4.2.6 Копия сертификата или декларации на поставляемое оборудование о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (с приложением при наличии). Документы должны быть действующими на момент выпуска товара в обращение.

5 Дополнительные требования.

Претендент в составе своей технической части предложения должен письменно подтвердить, что:

5.1 Гарантийные обязательства - не менее 12 месяцев с даты поступления товара на склад покупателя.

5.2 Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, дата изготовления - не ранее 2025 года.

5.3 Ремонт оборудования в случае наступления гарантийных обязательств будет проведен в течение 2 месяцев с момента получения информации о неисправности.

5.4 Доставка оборудования и его возврат для выполнения гарантийных обязательств по ремонту будет осуществляться за счет поставщика.

5.5 Документы, указанные в п.4.2, будут поставлены в полном объеме.

6 Претендент в составе своей технической части предложения должен предоставить на русском языке подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования в соответствии с п.3 настоящего технического задания, подтвердить выполнение раздела 4 настоящего технического задания.