

Приложение к заявке № 608 от

1. Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты и контрольный материал для иммунофлуоресцентного анализатора iCROMA

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки
Лот 1. Реагенты для иммунофлуоресцентного анализатора iCROMA				
1.1	Экспресс-тест для определения концентрации pro-BNP	1.набор – 25 тест-картриджей	30 наб.	Транспортом поставщика по заявкам
1.2	Экспресс-тест для определения концентрации тропонина I	1.набор – 25 тест-картриджей	15 наб.	Транспортом поставщика по заявкам
1.3	Экспресс-тест для определения концентрации прокальцитонина	1.набор – 10 тест-картриджей	30 наб.	Транспортом поставщика по заявкам
Итого по лоту №1				

Дополнительные требования:

1. Реагенты и контрольный материал должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Реагенты и контрольный материал должны быть совместимы с экспресс-анализатором iCHROMA производства BoditechMedInc, Южная Корея.
3. Реагенты и контрольный материал должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.
4. Контрольный материал должен быть аттестован для использования на иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе i-CHROMA производства BoditechMedInc., Южная Корея.

Врач клинической лабораторной
диагностики (заведующий)

И.В. Анташкевич

16.10.2016



2