

Приложение к заявке № 605 от

1. Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты и контрольные материалы к анализатору физико-химических свойств мочи Uriscan Pro II

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки	Срок поставки	Ориентировочная стоимость закупки
Лот 1. Реагенты к анализатору физико-химических свойств мочи Uriscan Pro II						
1.1	Тест-полоски на 11 параметров	1 уп./ 100 тест-полосок	60 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
Итого						

Дополнительные требования:

1. Реагенты и контрольный материал должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Тест-полоски должны быть сопоставимы с анализатором физико-химических свойств мочи Uriscan Pro II, производства YD Diagnostics (Южная Корея).
3. Реагенты должны быть оригинального производства к указанному анализатору (закрытая аналитическая клинико-диагностическая система) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.
4. Контрольный материал должен быть аттестован для использования с анализатором физико-химических свойств мочи Uriscan Pro II, производства YD Diagnostics.

Врач клинической лабораторной диагностики



И.В. Анташкевич