

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№	Наименование	Ед. измерения	Общее кол-во
1.1.	Пробирки вакуумные для гематологических исследований венозной крови (объем забора материала – 8-10 мл.)	шт.	180000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Наполнитель – К2 ЭДТА.

2.2. Материал – пластик.

2.3. Объем забора материала – 8-10 мл.

2.4. Размер пробирки не более 16x100мм.

2.5. Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый.

*2.6. Наружный диаметр крышки не более 17 мм (для совместимости по диаметру с адаптером, встроенным в систему для забора донорской крови).

2.7. Объем засасываемой крови должен быть в пределах $\pm 10\%$ номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.8. Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.9. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.10. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя и поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документом организатора.