

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1. Хирургическая система Surgic Pro+ (либо аналог)	Штуки	1
	2. Кабель питания	шт	1
	3. Ирригационный шланг	шт	5
	4. Педаль управления с кабелем	шт	1
	5. Штатив для емкости с раствором	шт	1
	6. Наконечник угловой с оптикой	шт	1
	7. Микромотор с оптикой	шт	1
	8. Держатель шланга	шт	7
	9. Подставка для наконечника	шт	1

2. Технические требования

- 2.1. Сетевое напряжение: 220-240В, 50/60Гц;
- 2.2. Максимальная выходная мощность: 80Вт;
- 2.3. Вращающий момент мотора: 5,5Нсм;
- 2.4. Число оборотов мотора: 300-40000об/мин;
- 2.5. Длина моторного кабеля: 1,8-2,0м;

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед. части

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд.

