

Приложение к заявке № 601 от
Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты и контрольный материал для гематологического анализатора Yumizen

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки
Лот 1 Реагенты для автоматического гематологического анализатора Yumizen				
1.1	ABX Diluent / Изотонический раствор или аналог	1. фасовка: не более 20 л	10 шт.	Транспортом поставщика по заявкам
1.2	Whitediff / Реагент для определения клеточных популяций или аналог	1. фасовка: не более 1,0 л	8 шт.	Транспортом поставщика по заявкам
1.3	ABX Cleaner / Промывающий раствор или аналог	1. Фасовка: не более 1,0 л	2 шт.	Транспортом поставщика по заявкам
1.4	ABX Minoclaire / Реагент концентрированный промывочный или аналог	1. фасовка: не более 0,5 л	1 шт.	Транспортом поставщика по заявкам
Итого по лоту № 1				

Лот 2 Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора Yumizen				
2.1	ABX Difftrol (N) / Контрольный материал нормальный уровень или аналог	1. фасовка: фл. не более 3,0 мл	4 фл.	Транспортом поставщика по заявкам
2.2	ABX Difftrol (L) / Контрольный материал низкий уровень или аналог	1. фасовка: фл. не более 3,0 мл	4 фл.	Транспортом поставщика по заявкам
2.3	ABX Difftrol (H) / Контрольный материал высокий уровень или аналог	1. фасовка: фл. не более 3,0 мл	4 фл.	Транспортом поставщика по заявкам
Итого по лоту №2				3
Итого по лотам №1 и №2				7

Дополнительные требования:

1. Реагенты и контрольный материал должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Реагенты и контрольный материал должны быть совместимы с анализатором автоматическим гематологическим Yumizen H 500 OT, HORIBA ABX SAS, Франция.
3. Реагенты и контрольный материал должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических гематологических анализаторов серии Yumizen H 500 OT, HORIBA ABX SAS, Франция без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций.
4. Реагенты и контрольный материал должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014г. № 145.
5. Контрольный материал должен быть аттестован для использования на гематологическом анализаторе Yumizen H 500 OT, HORIBA ABX SAS, Франция.

Врач клинической лабораторной диагностики

И.В. Анташкевич

