

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во на 1 комплект
1.	Шкаф ламинарный класс II	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Ламинарный шкаф с вертикальным потоком воздуха.

2.2 Должен быть оборудован системой двойной HEPA – фильтрацией воздуха.

2.3 Должен соответствовать классу очистки H14.

2.4 Внутренняя поверхность бокса из нержавеющей стали.

2.5 Габариты изделия с подставкой ШхГхВ не менее 1368,5х766,2х2,169

2.6 Габариты рабочей камеры ШхГхВ не менее 1200 см х 680 см х 640 см.

2.7 Размеры рабочей зоны ШхГ не менее 1190х505

2.8 Размеры рабочего проема ШхВ не менее 1226х510

2.9 Уровень шума менее или равно 60dB;

2.10 Наличие звуковой сигнализации при неправильном расположении защитного стекла в рабочем режиме;

2.11 Оборудование рабочей поверхности бокса ультрафиолетовым источником облучения;

2.12 Наличие экрана, отображающего информацию о параметрах работы;

2.13 Наличие встроенных в бокс светодиодных ламп с общей мощностью не менее 1500 люкс;

2.14 Оснащение цифровой системой регулировки мощности воздушного потока;

2.15 Наличие сменных HEPA фильтров, степень очистки не менее 99%.

2.16 Наличие системы электронного контроля за входящими и выходящими потоками воздуха.

2.17 Оснащенность блоком розеток (не менее 2х) для дополнительного подключения электрического оборудования.

2.18 Работа от сети 220 В, 50 Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

Цвирко Ольга
Константиновна

Заведующий филиалом «Станция
переливания крови»

Кондратюк Ольга
Игоревна

Заведующий отделением заготовки
крови,
ее компонентов с выездной
бригадой по забору крови, ее
компонентов

Согласовано:

Осоприлко Марина
Валерьевна

Главный внештатный специалист
по трансфузиологии
ГУЗО Брестского облисполкома

Брест-Трансфузиология
ОАКК