

«Праймедикал»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 506

e-mail: info@primedical.by, тел. +375 29 644-41-87

Счет BY 81 PJCB 3012 0598 7610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск:
г. Минск, ул. Кропоткина, 91 BIC: PJCBVY2X, УНП 192980986, ОКПО 501156715000

г. Минск, 09.10.2026

Государственное учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

**Заключение о техническом состоянии
оборудования «Olympus»**

Сотрудниками нашего сервисного центра была проведена дефектация видеогастроскопа
GIF-N190 зав. № 2753299 *инв. № 01378499*

Тестирование прибора выявило наличие следующих неисправностей:

- перфорация оболочки дистального конца;
- засорение дополнительного канала подачи воды.

Требуется проведение текущего ремонта с комплексом восстановительных работ, с заменой
запасных частей, расходных материалов: дистальная оболочка, тип "А" GH-1805 – 1 шт.

Срок выполнения текущего ремонта: в течении 10 рабочих дней.

Срок гарантии: 3 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Начальник сервисного отдела

Е.В. Александрович



Инженер по мед. оборудов.

В.А. Соловьев