Приложение 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки.

1. Фильтры одноразовые пульмонологические антибактериальные одноразовые, совместимые со спирометрами МАС1, МАС2 в которых сопротивление постоянному воздушному потоку (дыханию) будет соответствовать не более 0,15 кПа /(л/с) при расходе до 14 л/с наличием подтверждающего протокола испытания аккредитованной лаборатории на сопротивление постоянному воздушному потоку.
2. Мундштук многоразовый в количестве 25 шт.

Врач ФД (заведующий) О.В. Громыко