

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 220018 г. Минск, ул. Якубовского, 70 Телефоны: +375296250250, +375296959416 Эл. почта: info@yurocom.by		ЮПОКОМ УНП: 100137030 ОКПО	
Р/С № BY02PJCB30120208161000000933 в ОАО «Приорбанк» в г. Минске, БИК PJCBVY2X		Производственно-сервисное частное унитарное предприятие	
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ и КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от « 02 сентября » 2026 г.			
Заказчик: ГУ РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь Согласно заявки Заказчика		Адрес: Минский р-н, Ждановичский с/с 81/5 oomo@vip-clinic.by Телефон: 8 029 552 18 80 Ответственное лицо:	
№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	Заводской, инв. №	
	Диффузоры солевого раствора не распыляют солевой раствор	Инв № 01376609	
Закключение: Неисправны узлы распыления обоих блоков : вышли из строя платы управления, вышли из строя пьезоэлементы , негерметичны соединительные патрубки распылительных блоков. Необходим ремонт узлов распыления с заме- ной плат управления и пьезоэлементов в обоих блоках, перепакровка патрубков распылитель- ной системы.			
Стоимость: 3990,00 рублей (три тысячи девятьсот девяносто рублей 00 коп.), включая НДС 20%: 665,00 рублей (шестьсот шестьдесят пять рублей 0 коп.)			
Гарантия на замененные запчасти три месяца. Гарантия на выполненные работы шесть месяцев.			
ЗАКАЗЧИК:		ИСПОЛНИТЕЛЬ: УП ЮПОКОМ	
 Ф.И.О. _____ подпись _____		 В лице: Полянский Ю. П. _____ подпись _____	