

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1. Аппарат для автоматического смешивания стоматологических оттисковых материалов	Штуки	1
	2. Емкость на 0,25л (УС 0,25М)	Штук	1

2. Технические требования

2.1. Аппарат – автоматически запускается при установке емкости в рабочее гнездо;

2.2. Электронный датчик времени;

2.3. Настольное и настенное размещение.

2.4. Скорость вращения (миксера, не менее) 350об/мин;

2.5. Мощность (двигатель миксера): 60Вт;

2.6. Длительность смешивания: 5 сек....5мин;

2.7. Электропитание: 220/230В50Гц 1,5А;

2.8. Масса (не более):13,2кг.

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед.части

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд.

