Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Основной блок управления	шт.	1
1.2	Мобильная стойка на роликах с тормозными фиксаторами и держателями для инфузионных пакетов (не менее 2-х держателей).	шт.	1
1.3	Встроенный подогреватель	шт.	1
1.4	Аккумулятор (для обеспечения непрерывности работы) — 1 шт	шт.	1
1.5	Стартовый комплект расходных материалов — (для проведения ПНР и первых операций).	шт.	10 шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Технические характеристики:

№	Характеристика	Требование
2.1	Электропитание	Напряжение: 100–240 В переменного тока (AC). Частота: 50/60 Гц
2.2	Автономность	Наличие перезаряжаемого аккумулятора для работы в режиме инфузии не менее 30–60 минут при транспортировке пациента.
2.3	Тип нагнетательного устройства	Активная помпа (перистальтическая) или встроенные пневматические камеры давления

2.4	Режимы работы системы	Инфузия с подогревом, режим болюса, режим ожидания (KVO)
2.5	Датчики контроля давления	Наличие встроенного манометра/датчика давления в линии
2.6	Диапазон скорости инфузии	От не более 10 мл/час до не менее 750–1000 мл/мин
2.7	Температура подогрева	Автоматическое поддержание температуры на выходе 37.0°C – 41.0°C при любых скоростях потока.
2.8	Метод нагрева	«Сухой» подогрев или изолированный контур (исключение прямого контакта теплоносителя-воды с расходным материалом).
2.9	Автоматическое удаление воздуха	Наличие встроенного детектора и системы активного удаления микропузырьков воздуха
2.10	Время выхода на рабочий температурный режим	Не более 60 секунд с момента включения
2.11	Экран/Интерфейс	Цветной дисплей с отображением в реальном времени: скорости потока, температуры, давления и общего объема введенного раствора.
2.12	Требования к расходным материалам	-Магистрали должны иметь встроенный фильтр для микроагрегатов (размер пор не более 40 мкм). -Время заправки (прайминга) системы раствором — не более 60 секунд. -Магистрали должны быть совместимы с катетерами большого диаметра (G14, G16).

3.Общие требования:

3.1.Товар должен быть новый, не восстановленный и не бывший в эксплуатации.

3.2. Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию оборудования не менее 24 месяца.