

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

12 октября 2026 г.

Представитель ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС": ведущий инженер-электроник

Прозарович А.Б.

провел обследование медицинского оборудования ЗАКАЗЧИКА:

камера дезинфекционная Vacudes PL2001R

ГЗ "РХМУ" УД Президента РБ
(наименование медицинского учреждения)

Для восстановления работоспособности медицинского оборудования требуется замена следующих запасных частей и расходных материалов:

Катал. номер	Наименование запасной части	Кол-во	Наименование оборудования	Зав. NN
	<u>Уплотнитель двери</u>	<u>2</u>	<u>Vacudes PL 2001R</u>	<u>181257/</u>
	<u>камера</u>			<u>01378327</u>

Коммерческое предложение на поставку запасных частей и ремонт оборудования предоставляется по запросу.

Выводы:

Ввиду длительной и интенсивной эксплуатации
оборудования наблюдается износ уплотнителя
двери камеры. Рекомендуется их замена.

Представитель
ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»
Ведущий инженер-электроник

Прозарович А.Б.
(подпись)

Вед. инженер ОДО Прозарович Д.И.